

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-70
İstem No : 84342
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STRİP, GLUKOZ	120000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

STRİP, GLUKOZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontaminasyona neden olmayan, temizlik gerektirmeyen, çevresel şartlardan etkilenmeden ölçüm yapma imkânı verebilmelidir.
2. Hastane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
3. İlaç etkileşimlerinden bağımsız ölçüm yapabilmelidir.
4. Kapiller kan numuneleriyle kullanılabilirdir.
5. Ölçümü 10 sn.nin altında hızlı ve güvenilir şekilde yapabilmelidir.
6. Kanı otomatik olarak çekebilmelidir.
7. Yetersiz kan numunesinde uyarı verebilmelidir.
8. Cihaz strip kullanılmadan otomatik kodlama yapabilmelidir.
9. Elde edilen glukoz ölçüm sonuçları ISO (International Organization for Standardization) doğruluk kriterlerine uymalı: Kan glukoz ölçümlerinin %95'i kan şekeri 75 mg/dl'nin altında olduğunda laboratuvar değerleri $\pm\%10$ mg/dl olmalı, kan şekeri 75 mg'nin üstünde olduğunda laboratuvar değerlerinin $\pm\%20$ mg/dl olmalıdır.
10. Striplerle birlikte kullanılmak üzere 150 adet kullanılmamış şeker ölçüm cihazı, 150 adet otomatik parmak delici ve 120.000 adet cihaza uygun otomatik lanset ucu ücretsiz olarak verilmelidir.
11. Tüm kullanıcılara striplere uygun şeker ölçüm cihazının kullanımı ile ilgili eğitim firma tarafından verilmelidir.
12. Temin edilen stripler hastane depomuzda bitene kadar en az 60 çift 2 seviye olmak kaydı ile kontrol numunesi birlikte ücretsiz verilmelidir. Kontrol numunelerinin miadının en az 3-6 ay olması gerekmektedir. Miadı dolan kontrol numunelerinin miad değişimi yapılmalıdır.
13. Gerekğinde cihazın kalibrasyonu yapılabilirdi ve uygun kalibratörler cihazla birlikte verilmelidir.
14. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Prof. Dr. M. Burak Yılmaz CİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip Tes No 2459

Şerife Gülümser ACIL
Dahiliye-2
Sorumlu Hemşire