

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-101
İstem No : 84360
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

YANPAZ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BANDAJ, ELASTİK, 10CM	400	Adet					
2	BANDAJ, ELASTİK, 15CM	400	Adet					
3	BANDAJ, ELASTİK, 20CM	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

3-)İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1-BANDAJ, ELASTİK, 10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Kendinden kenarlı olmalıdır.
5. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
6. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
7. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.

2-BANDAJ, ELASTİK, 15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Kendinden kenarlı olmalıdır.
5. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
6. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
7. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.

3-BANDAJ, ELASTİK, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 2metre uzunlukta olmalıdır.
2. Dokunma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalı, anti alerjik olmalıdır.
3. Esneme özelliği gerildiğinde yaklaşık 2,5 katı kadar olmalıdır.
4. Kendinden kenarlı olmalıdır.
5. Enine esnememeli, esnekliği uzun süre korumalı, bozulmamalıdır.
6. İçinde bandaj tespitleri olmalı, tespit kanatları elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokunma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
7. Karton veya plastikten yapılmış tekli ambalaj içinde olmalıdır.

Ahım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olursa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halin de sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Doç. Z. Mert / SÖZÜKÇÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D
Dip. Tes. No: 152553

Arş. Gör. Dr. Berkant / SÖZÜKÇÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. Tes. No: 283958