

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

14/01/2026

İlan No : 2026-01-45
İstem No : 84377
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : OPTİK CİHAZ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OPTİK, ENDOSKOPİK, 4.0MMX175MM, 45°	2	Adet					
2	OPTİK, ENDOSKOPİK, 4.0MM, 70°	2	Adet					
3	OPTİK, ENDOSKOPİK, 2.7MMX108MM, 0°	1	Adet					
4	OPTİK, ENDOSKOPİK, 2.7MMX175MM, 0°	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil

Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibariyle geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin

verilmesi,

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

41909
37009-70-4


2.7 mm 45 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

1-Optik 45 derece 2.7 çapında 175 mm boyunda olmalıdır

2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.

3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.

4- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastane. i
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 51600

39685

2,7 mm 0 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

1-Optik 0derece 2,7 mm çapında 175MM boyunda olmalıdır

2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.

3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.

4-Optik pediatrik muayenelere uygun olmalıdır.

5- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 65528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 51688

4 mm 70 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

1-Optik 70 derece 4,0 mm apında 175 mm boyunda olmalıdır

2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.

3-Optikler rod lens tekniğı ile retilmiř olmalıdır.

4- Optik solsyon ile steril edilmelidir


Dr. ğrt. ye. Kemal Koray BAL
Mersin niversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No: 165528


Prof. Dr. Kemal GRR
Mersin niversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No: 51500

OPTİK, ENDOSKOPIK, 2.7 MM, 0 DERECE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Optik 0 derece 2.7 mm çapında 108 mm boyunda olmalıdır
2. Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.
3. Optikler rod lens teknigi ile üretilmiş olmalıdır
4. Optik solusyon ile steril edilmelidir

Dr. Öğr. Üye. Kemal Köyübalı
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No. 135211

Prof. Dr. Kemal Köyübalı
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi