

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-79
İstem No : 84379
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MESH, POLYPROPYLENE, 30CMX30CM	40	Adet					
2	MESH, POLYPROPYLENE, 10CMX15CM	50	Adet					
3	MESH, POLYPROPYLEN, 15CMX15CM	50	Adet					
4	KLİPS ATICI, ENDOSKOPİK, DİSPOSABLE, LARGE, 10MM	60	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-)İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, LARGE, 10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik klip atıcının içinde en az 15 adet büyük boy titanyum klip ile ligasyon işlemi yapılmalıdır.
2. Endoskopik klip atıcının çene açısı klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için en az 15° olmalıdır.
3. Endoskopik klip atıcısındaki klibin kapanmadan önceki çene ağız açıklığı en az 4.5 ± 0.2 mm kapandıktan sonraki klip uzunluğu en az 11 ± 0.5 mm olmalıdır.
4. Endoskopik klip atıcısındaki klibin iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
5. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, distal ucun önce kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcının şaft çapı 10 mm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcının şaft uzunluğu en az 28 cm olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcının şaftı her iki tarafa 360° dönebilmelidir.
9. Endoskopik klip atıcısı klibin çeneden düşmemesi için, tam otomatik ise klibin dış yüzeyinde ve atıcının çenelerinde çentikler ile kilitlenme özelliğine sahip olmalı veya yarı otomatik ise klip çeneye manuel olarak istenildiğinde yüklenmelidir.
10. Kolanjiyogram kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayarına sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcıda klip kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını önleyecek, son klip kitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
12. Endoskopik klip atıcısı içerisindeki klip sayısının azaldığını gösterecek özelliğe sahip olmalıdır ya da uygulayıcının ucunda kliplerin bittiğini gösteren renkli indikatör bulunmalıdır.

Prof. Dr. Tahsin COLAK
Mersin Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No.: 107033

Öğr. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No. 116501

MESH, POLYPROPYLEN, 15CMX15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monofilament Polypropylene mesh olmalıdır.
2. Nonabsorbable olmalıdır.
3. 15 cm x15 cm ebatında olmalıdır.
4. Yumuşak doku defektleri ve fitik tamirinde kullanılmalıdır.

MESH, POLYPROPYLEN, 30CMX30CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monofilament Polypropylene mesh olmalıdır.
2. Nonabsorbable olmalıdır.
3. 30 cm x30cm ebatında olmalıdır.
4. Yumuşak doku defektleri ve fitik tamirinde kullanılmalıdır.

MESH, POLYPROPYLEN, 10CMX15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Monofilament Polypropylene mesh olmalıdır.
2. Nonabsorbable olmalıdır.
3. 10 cm x15cm ebatında olmalıdır.
4. Yumuşak doku defektleri ve fitik tamirinde kullanılmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No: 107335


Öğr. Gör. Dr. Cümhuri ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 110501