

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/02/2026

İlan No : 2026-02-431
İstem No : 84413
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol. 1
Konu : CİHAZ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 06/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OFTALMASKOP, RETİNASKOP SETİ, ENERJİ ÜNİTELİ, DUVARA MONTE	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

- 1- Teklif edilecek cihaz tüm bileşenleri, aksesuarları, ve ek sistemleri ile birlikte yedek parça ve bakım onarım hizmetleri dahil ücretsiz 2 (iki) yıl garantili olmalı, garanti süresinin bitiminden itibaren de ücreti mukabilinde 8 (sekiz) yıl boyunca yedek parça ve servis sağlama garantili olmalıdır. Bu garantiler hem istekli hem de üretici veya Türkiye Temsilcisi tarafından ayrı ayrı verilmelidir. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek üretim hatası, malzeme hatası, kusurlu işçilik nedeniyle arıza durumlarında tıbbi cihaz ve donanımının çalıştırılmadığı sürelerde genel garanti süresi işletilmeyecek, bu süreler takvim günü olarak genel garanti süresine eklenecektir.
- 2- Cihazların muayene kabulleri yapıldığı tarihten itibaren, garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2 kereden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 kereden fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 kereden fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.
- 3- Cihaza garanti süresi boyunca yıllık %95 çalışma garantisi verilecektir. %5'lik arızalı sürenin aşılması durumunda, aşılan her gün için cihazın garantisi bir gün uzatılacaktır. Uzatılan garanti süresinde gün sınırı olmayacaktır.
- 4- İstekliler, garanti süresi bitiminden sonra yıllık servis ve bakım-onarım tekliflerini, teklif ettikleri cihazın bedelinin, parça hariç % 2' sinden ve parça dahil % 4'ünden fazla olmamak üzere ihalede sunacaklardır. Sözleşme Bedeli, bakım onarım yapılacak yıl dikkate alınarak Y1-ÜFE ile güncellenecek olup, döviz bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5- Teklif veren firma teklif verdiği cihaza ilişkin teknik servis imkanları ve teknik altyapı durumlarını cihazın teslimi aşamasında belgelendirmelidir.
- 6- İstekliler, teklif edecekleri cihaza ait tüm yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin Döviz bazında fiyatlarını ihalede sunacaklardır. Yedek parça, aksesuar ve sarf malzeme listesinde belirtilmeyen tüm yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler yüklenici tarafından ücretsiz karşılanır. Tüm yedek parçaların toplam maliyeti cihazın birim ihale bedelinin %200'ünden fazla olmayacaktır. Tüm yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler için belirtmiş oldukları birim fiyatların, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ihale tarihinde ilan edilen "Efektif Döviz Satış Kuru" üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi sonucunda belirlenen tutarların toplamı değerlendirmeye esas alınacaktır.
- 7- Garanti süresince bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça ve sarf malzemelerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresince ve garanti süresi sonunda yapılacak servis ve bakım onarım anlaşmalarında arıza bildiriminden itibaren en geç 24 (Yirmidört) saat içinde cihaza müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en geç 48(Kırksekiz) saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerekmesi durumunda parça yurtiçi stoklarda mevcut ise 72 (Yetmişiki) saatte sistem çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parçanın yurtdışı stoklarda bulunması halinde ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında (Bu durum belgelendirilmelidir.) en geç 10 (On) gün içinde cihaz tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen gün garanti süresinden sayılmayacaktır. Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Süreleri aşan arızalı durumlarda cihazın alış bedeli üzerinden gün başına binde beş oranında ceza kesilecektir. Yukarıdaki arıza tespit ve onarım süreleri, oluşan arızanın yapısı ve karmaşıklığı göz önüne alınarak idare tarafından uzatılabilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Rıkar EROZ
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi
Gözetim Kurulu A.D.
Diyadin No: 10/2019

- 8- Garanti süresi içinde ve sonrasında değişecek olan parçalar orijinal parça olacak ve bu parçalarda faal olarak teslim edildikten sonra en az 1 yıl süreyle garantili olacaktır.
- 9- Cihaza garanti süresi içinde yılda 2 (iki) kez ücretsiz bakım yapılacaktır.
- 10- Cihaz idare tarafından gösterilen yere yüklenicinin yetkili teknik elemanlarınca aslına uygun olarak tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak çalışır vaziyette kurulacak / teslim edilecek ve ücretsiz olarak montajı gerçekleştirilecektir. İstekli firma ihale öncesinde cihazın kurulacağı yeri mutlaka görecektir. Projelendirme işlemini buna göre yapacak ve idarenin yazılı onayını alacaktır. Cihazın kurulacağı yerde gerekebilecek ve teknik şartnamede belirtilen tüm tadilat ve gerekli malzemeler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 11- İsteklilerin teklif verdikleri ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise bu ürünlerin 'Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) kayıtlı olması ve kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. ÜTS üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kayıtlı olmadığı veya kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmadığı tespit edilen ürünlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12- Ayrıca isteklilerin teklif verdikleri ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise isteklilerin de ÜTS' ye kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olarak ÜTS' ye kayıtlı olmalıdırlar. ÜTS üzerinden yapılan sorgulama sonucunda isteklinin bayilik kaydı bulunmadığı tespit edilen malzemelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13- İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin (malzeme, set veya ünitelerde yer alan ve teknik şartnamelerde belirtilen bütün malzeme, yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeler dahil) 'Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtmeleri zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtilmelidir. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde belirtmeyen isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 14- İstekliler, teklif verdikleri malzemeler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ne sahip olmalı ve bu belgeyi ihalede sunmak zorundadır.
- 15- İstekliler cihazın teslimi aşamasında cihaza ait kurulum, bakım onarım ve kalibrasyon için gerekli olabilecek cihaz içinden ve/veya dışarıdan bağlanılarak kullanılan servis şifre ve parolaları, CD/DVD'si, tanıtıcı broşür, bakım/onarım kitapçıkları, parça katalogları, kullanma kılavuzları ve servis manüeli verilmelidir.
- 16- İstekliler, teknik şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" ni ihalede sunacaklardır. Bu belgede yer alan cevapları orijinal katalog, doküman v.b. de madde sırasıyla gösterilecek ve uygunluk belgesi ile orijinal katalog, doküman v.b. belgelerde yer alan bilgileri ile aynı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 17- İstekliler, teklif edilecek cihaz kullanımı ve analiz yöntemleri ile ilgili gerekli olan eğitim bölümünün belirleyeceği sayıda elemana 3 (üç) gün süre ile cihaz başında verecektir. Ayrıca ihale konusu malzemelerin sterilizasyon gerektiren kısımlarının sterilizasyonu için sterilizasyon ünitesinden 2 (iki) kişiye 2 (iki) gün eğitim verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERO
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Hastaneler A.D.
Diyadin No: 144921

- 18- Cihaz, hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır. Cihazın yaşı, imalat tarihi ve seri numarası kabul esnasında belgelenecektir.
- 19- Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca, yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan cihaz teslim alınmayacaktır. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Cihazın teknik şartnamede istenilen özellikleri, istekli firma tarafından taahhüt edilmiş ve cihazın kataloğunda yazılı olsa dahi; Satın Alma veya Muayene Kabul Komisyonu istediği taktirde istekli firma bu özellikleri uygulamalı olarak göstermek (demonstrasyon yapmak) zorundadır. Bu demonstrasyonda, "opsiyonel olan" veya "ileride istenebilecek" özellikler de komisyon tarafından görölmek istenirse, istekli firma bu özellikleri de gösterecektir. Demonstrasyonla ilgili personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Firma yetkilisi gerektiği durumlarda ek aplikasyon için tekrar çağırılabilir.
- 20- Cihazın hastane otomasyon sistemine ve PACS'a bağlanması ve entegrasyonundan yüklenici firma sorumlu olup idaremizden her hangi bir ücret talep edilmeyecektir. Entegrasyon işlemlerinin idarece belirlenen sürede ve kusursuz şekilde tamamlanmaması halinde firmaya sözleşme bedelleri üzerinden binde beş oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
- 21- Cihaz sistemi eğer mümkünse sisteme daha hızlı ve etkin servis verilebilmesi için uzaktan bağlantı ile sisteme müdahale edebilmelidir.
- 22- Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hastane idaresine bilgi verilmelidir.
- 23- Tasarım ve imalat hatası nedeniyle cihazın sebep olacağı insan kazaları ve her türlü maddi hasardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 24- Cihaz sözleşmeden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde kurulacaktır.

NOT: "GENEL ŞARTLAR" bölümünün 1, 2, 4, 7, 8, 9, 17 ve 24. Maddelerinde yer alan süreler ve düzenlemeler başta olmak üzere bütün maddelerde yer alan düzenlemeler alımın konusuna ve şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle teknik şartname hazırlanması aşamasında alımın konusu ve niteliği göz önünde bulundurularak bu maddeler düzenlenmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Mersin Ün. V. Site
Gö. Hastalıkları
Dip. Tes. No: 145

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Mersin Ün. V. Site
Gö. Hastalıkları
Dip. Tes. No: 145

DUVARA MONTE ENERJİ ÜNİTELİ OFTALMASKOP RETİNASKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Duvar Ünitesi:

1. Ünit 220v/50hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Aynı marka LED ve XHL aydınlatmalı ürünlerin hepsi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ünit tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde iki adet spiral kablolu elçeği bulunmalıdır. Entegre galvanik izolasyon sayesinde aynı anda iki hekim birbirinden bağımsız olarak çalışabilmelidir.
3. Ünit üzerinde markası, modeli görünür bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ünit üzerinde cihazın açık olduğunu gösteren yeşil bir LED olmalıdır. Cihaz üstünde herhangi bir açma-kapama düğmesi olmamalıdır.
5. Enerji çıkışı 3,5v olmalıdır.
6. Ünitin spiral kablolu elçekleri 3 m uzunluğa kadar uzayabilmelidir.
7. Elçek oturtulduğu yuvadan alındığında kullanılan başlığa otomatik olarak enerji gelmeli, yerine konulduğunda enerji kesilmelidir. Eğer yuvasına konmadan cihaz açık unutulursa 15 dakika sonra aydınlatma otomatik kesilmelidir. İstenirse başlık özel anahtarı vasıtasıyla elçeğe kilitlenebilmelidir. Elçek alındığında ışığın yanmasını sağlayan anahtar dışarıdan gözükmeyecek manyetik anahtar olmalıdır. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmiş olmalıdır.
8. Elçek üzerinden kademesiz ışık ayarı yapılabilirmelidir. %3-%100 değerleri arasında bütün LED ve XHL ürünler için parlaklık ayarı yapılabilirmelidir.
9. Elçek yerlerinden alındığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.
10. Cihazın orijinalliğinin kontrolü açısından, cihazların üzerinde mutlaka fabrika çıkış seri no.su ve amblemi aranacak.
11. Opsiyonel olarak, cihazın istenildiğinde taşınabilir (seyyar) kullanılabilmesi için, her iki başlığında uyacağı, orijinal ve setle aynı marka, Li-ion pil ile çalışan, pilin doluluk durumunu gösteren ve en az 3 LED'den oluşan göstergeli handle'ı olmalıdır. İstekli firma bu özellikleri orijinal kataloğunda işaretleyerek ispatlamalıdır.

OFTALMOSKOP BAŞLIK:

12. Oftalmoskop 3,5V led ampul ile aydınlatma yapmalıdır.
13. Kornea ve iris refleksiyonları elimine edilmiş olmalıdır.
14. Dar pupillerden yapılan muayenelerde dahi geniş fundus görünümü vermelidir.
15. +40 ile -35 dioptri arasında ayarlanabilen 27 adet dioptri olmalıdır. Ayarlamalar +10 dioptri ile -10 dioptri arasında 1'er dioptrilik basamaklar ile, +10 ve -10 dioptriden sonraki değerler ise 5'er dioptrilik basamaklarla olmalıdır. Ayarlanan dioptri değerleri (- veya +) ayrı ayrı renkler ile gösterilebilmelidir.
16. Eşeli 6 ayrı görünüm vermelidir. Beyaz ışık için küçük daire, büyük daire, yarım daire, slit ve yıldızlı polar koordinat sistemi, florasan mavisi, tüm bu görünümeleri red-free filtre (yeşil ışık) ile de izlenebilmelidir.
17. Oftalmoskopun LED ampul ömrü en az 100.000 saat olmalıdır. Renk ısısı 3500 K olmalıdır. Renk çevrim index'i (CRI)>97, kırmızı renk index'i (R9)>93 olmalıdır. Işık şiddeti ayarı %3 ile % 100 arasında yapılabilirmelidir.
18. Oftalmoskopun led ampulü ve ışık ileten lens sistemi alüminyum gövde üstüne monte edilmiş olmalıdır. Bu sayede darbelere dayanıklı olup, ayarları bozulmamalıdır.
19. Oftalmoskop üzerinde tüm ayarlamalar tek parmakla yapılabilirmelidir.
20. Oftalmoskop tozlanmaya karşı mukavim temizlenme gerektirmeyen yapıda olmalıdır.

(Handwritten signature)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERÖZ
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları A.D.
İp. Tes. No.: 144921

21. Gözlük kullanan hekimlere de hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbital destek bulunmalıdır.

RETİNASKOP BAŞLIK:

22. Retinaskop yeni nesil LED aydınlatmalı olmalıdır. LED aydınlatma fundus reflex'inin kolay görülebilmesi için en iyi ışık yoğunluğuna, homojenliğe ve renk çevrimine sahip olmalıdır.
23. Retinaskop rekraktif kusurların tam ölçümü için kullanılmalıdır. Retinaskop ile miyop, hipermetrop ve astigmatizm kusurları ölçülmelidir.
24. Retinaskop 1,1 mm genişliğinde, 3,5 mm uzunluğunda parlak ve hassas çizgi görüntüsü vermelidir.
25. Retinaskop gövdesi toz geçirmeyecek şekilde kapalı olmalıdır.
26. Retinaskop üzerinde bulunan yeni nesil LED ampul çalışma ömrü 50.000 saat olmalıdır.
27. Retinaskop'a yerleştirilmiş polarizasyon filtresi olmalıdır. Bu sayede fundus yansımalarının parlaklığını azaltmaksızın ışık saptıklarını ve iç parlamaları engellemelidir.
28. Retinaskopun kısmi geçirgen enterferans aynası vasıtasıyla parlaklık en üst düzeyde olmalı, böylece refraksiyon ölçümleri çok hassas olmalıdır.
29. Retinaskota parastop özelliği olmalıdır. Parastop özelliği paralel aydınlatma ışık demetinin daha kolay ve hassas ayarlanmasını sağlamalıdır. Kırılma sonrası silindir düzeltmenin doğruluğunu basitleştirmelidir.
30. Retinaskop son derece parlak fundus reflex'i ve nötralizasyon noktasının daha kolay tespit edilebilmesi için multi coated lenslere sahip olmalıdır.
31. Çizgi aydınlatma ve görüntü, tek parmak vasıtasıyla istenilen yöne 360° verilebilmelidir.
32. Retinaskop'un ışık kontrolü tek yerden yapılmalıdır. Retinaskoptaki bütün kontrol parçaları uzun ömürlü olması için metal olmalıdır.
33. Işık çıkış penceresi büyük olmalıdır ve kolay temizlenebilmesi için köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.
34. Retinaskopa kullanım esnasında konfor ve kullanım rahatlığını arttıran kaş desteği takılabilmelidir.
35. Retinaskopun istenildiğinde opsiyonel olarak takılabilen dinamik retinaskopi yapmak için kullanılan fiksasyon kartı olmalıdır.
36. Tüm ürünler 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşımaktadır.

Dr. Dr. Mustafa Pinar E
Mersin Üniversitesi Hast.
Dok. Hastalıkları A.D.
Tel: No: 144921

Dr. Dr. Mustafa Pinar E
Mersin Üniversitesi Hast.
Dok. Hastalıkları A.D.
Tel: No: 144921