

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/01/2026

İlan No : 2026-01-163
İstem No : 84417
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübürlük
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VİTRİFİKASYON EMBRİYO DONDURMA MEDYUMU	4	Set					
2	VİTRİFİYE EMBRİYO ÇÖZDÜRME MEDYUMU	4	Set					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİS TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DİŞİ BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VİTRİFİKASYON EMBRİYO DONDURMA MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit oosit, embriyo ve blastosistlerin dondurulması amacı ile kullanılmalıdır.
2. Kit içeriği doğrudan kullanıma hazır sıvı solüsyonlardan oluşmalıdır.
3. Kit içeriğindeki solüsyonlar için CO2 inkübasyonu gerekmemelidir.
4. Kitin içeriği, 1x1 washing, 3x1 ml Equilibration (dengeleyici), 3x1 ml vitrification (dondurma) solüsyonlarından oluşmalıdır.
5. Ürün kryoprotektan olarak DMSO, etilen glikol, trehaloz ve dekstran içermelidir.
6. Solüsyonlar, pH tamponu olarak hepes içermelidir.
7. Solüsyonlar, antibiyotik olarak gentamisin sülfat içermelidir.
8. Solüsyonlar, protein kaynağı olarak dekstran serum takviyesi (Dextran Serum Supplement-DSS) içermelidir.
9. Solüsyonlar membran filtreli olup USP sterilitate testinden geçmiş olmalıdır. Sterilitate güvence düzeyi (Sterility Assurance Level-SAL) 10-3 olmalıdır. İstenildiğinde lot numarasına özel sertifika sunulmalıdır.
10. Ürünler endotoksin (Limulus Amebocyte Lysate-LAL) testinden <0,6 EU/ml ile geçmiş olmalıdır.
11. Ürünlerin tek hücreli fare embriyo biyouyumluluk testinden %80'in üzerinde gelişim oranı ile geçmiş olmalıdır.
12. Kit içeriğini osmolalite değerleri sırasıyla 1732-1912mOsm/Kg H₂O, 857-910mOsm/Kg H₂O ve 268-292 mOsm/Kg H₂O aralıklarında olmalıdır.
13. Ürün, HBV-HCV-HIV testlerinden geçmiş olmalıdır.
14. Ürün pH 7,1-7,4 Aralığında olmalıdır.
15. Ürünler 2-8°C arasında saklanmalıdır.
16. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı; teslim tarihi itibariyle de en az 4 ay miadlı olmalıdır.
17. Teknik şartnamenin her maddesine tek tek cevap verilerek teklifle sunulmalıdır.
18. **Vitrifiye Embriyo Çözdürme Medyumu ile uyumlu olmalı, bir seriden olmalı ve aynı firmadan temin edilmesi gerekmektedir.**

VİTRİFİYE EMBRİYO ÇÖZDÜRME MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit dondurulmuş haldeki oosit, embriyo ve blastosistlerin çözündürülmesi amacı ile kullanılmalıdır.
2. Kit içeriği doğrudan kullanıma hazır sıvı solüsyonlardan oluşmalıdır.
3. Kit içeriğindeki solüsyonlar için CO2 inkübasyonu gerekmemelidir.
4. Kit, eritme solüsyonundan (Thawing Solution-TS) 6 x 2 mL vial, dilüsyon solüsyonundan (Dilution Solution-DS) 2x1 mL vial, yıkama solüsyonundan (Washing Solution-WS) 4x1 mL vial içermelidir.
5. Ürün kryoprotektan olarak DMSO, etilen glikol, trehaloz ve dekstran içermelidir.
6. Solüsyonlar, pH tamponu olarak hepes içermelidir.
7. Kit içeriğindeki eritme ve dilüsyon solüsyonları sırasıyla 1M ve 0.5M süktroz veya trehaloz içermelidir.
8. Solüsyonlar, antibiyotik olarak gentamisin sülfat içermelidir.
9. Solüsyonlar, protein kaynağı olarak dekstran serum takviyesi (Dextran Serum Supplement-DSS) içermelidir.
10. Solüsyonlar membran filtreli olup USP sterilitate testinden geçmiş olmalıdır. Sterilitate güvence düzeyi (Sterility Assurance Level-SAL) 10-3 olmalıdır. İstenildiğinde lot numarasına özel sertifika sunulmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖĞÜZ
Mardin Üniversitesi
Fakülte Dekanlığı
Dip. No: 107383

Prof. Dr. ...
Dip. No: 83610

11. Ürünler endotoksin (Limulus Amebocyte Lysate-LAL) testinden <0,6 EU/ml ile geçmiş olmalıdır. Ürünlerin tek hücreli fare embriyo biyoyumluluk testinden %80'in üzerinde gelişim oranı ile geçmiş olmalıdır.
12. Kit içeriğini osmolalite değerleri sırasıyla 1732-1912mOsm/Kg H₂O, 857-910mOsm/Kg H₂O ve 268-292 mOsm/Kg H₂O aralıklarında olmalıdır.
13. Ürün, HBV-HCV-HIV testlerinden geçmiş olmalıdır.
14. Ürün pH 7,1-7,4 Aralığında olmalıdır.
15. Ürünler 2-8°C arasında saklanmalıdır.
16. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı; teslim tarihi itibariyle de en az 4 ay miadlı olmalıdır.
17. Teknik şartnamenin her maddesine tek tek cevap verilerek teklifle sunulmalıdır.
18. **Vitrifikasyon Embriyo Dondurma Medyumu ile uyumlu olmalı, bir seriden olmalı ve aynı firmadan temin edilmesi gerekmektedir.**

Dr. Öğr. Üyesi Dr. İzzet OĞUZ
Mersin Üniversitesi
ÜYTE Laboratuvarı
Eğilim ve
Denetim
Bölümü

Öğr. Gör. Dr. İzzet OĞUZ
Mersin Üniversitesi
ÜYTE Laboratuvarı
Eğilim ve
Denetim
Bölümü
Eğilim ve
Denetim
Bölümü
Eğilim ve
Denetim
Bölümü