

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-130
İstem No : 84421
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : EKG CİHAZININ BAKIM VE ONARIMI

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/16/18662, EKG CİHAZI, NIHON KOHDEN, SERİ NO:150609	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EKG CİHAZI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Onarım yapılacak olan ilgili firma NİHON KOHDEN marka ECG2350K model EKG cihazına uyumlu yedek parça kullanmalıdır.
2. Onarım yapılacak olan ilgili firma aynı arıza için en az 1 yıl garanti vermelidir.
3. Onarımı yapacak olan ilgili markadan cihazın gerekli servis ve cihaz eğitimini almış olmalıdır ve bunu belgelendirmelidir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin PİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKG CİHAZI	
KARDİYOLOJİ POLK.	Marka : NİHON KOHDEN	
	Model : ECG-2350K	
	Seri No: 150609	
	Demirbaş No: 253.3.5/16/18662	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 13.01.2026	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihaz açılmamaktadır. İlgili firması tarafından bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

--	--