

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2026

İlan No : 2026-01-226
İstem No : 84427
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günöbirlık
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/01/2026 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU, TEK BASAMAKLI	5	Adet					
2	FERTİLİZASYON MEDYUMU, HSA'LI	3	Adet					
3	BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI	6	Adet					
4	ASPIRASYON MEDYUMU, OOSİT	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

GENEL ŞART:

Teklif verilen kalemler bir seri halinde ve aynı firmadan olması gerekmektedir ve laboratuvarında halihazırda kullanılan medyumlara uygun olmalıdır.

HÜCRE KÜLTÜR MEDYUMU, TEK BASAMAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden blastokist aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Time-Lapse embriyo görüntüleme sistemleri için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
4. Hyaluronan içermelidir.
5. HSA içermelidir.
6. EDTA içermelidir.
7. HEPES içermelidir.
8. Gentamisin içermelidir.
9. Sodyum sitrat içermelidir.
10. Metionin ve lipoik asit içermelidir.
11. Phenolred içermemelidir.
12. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
13. 30 ml'lik şişelerde olmalıdır.
14. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır. Teslim tarihinde en az 8 haftalık raf ömrü olmalıdır.
15. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
16. Sterilite SAL 10⁻³ düzeyinde olmalıdır.
17. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
18. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Zeynep Özkan
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No: 107383

FERTİLİZASYON MEDYUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeye uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. Fruktoz içermelidir.
5. Phenolred içermemelidir.
6. Gentamisin içermelidir.
7. 60 ml'lik şişelerde olmalıdır.
8. Albümin kaynağı içermelidir.
9. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
10. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
11. PH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 273 +/- 5 olmalıdır.
12. Sterilite SAL 10⁻³ düzeyinde olmalıdır.
13. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
14. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.
15. Teslim tarihinde en az 8 haftalık raf ömrü olmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Özkan
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No: 107383

BÖLÜNME EVRESİ EMBRİYO KÜLTÜR MEDYUMU, HSA'LI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.
3. Hyaluronan içermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. HEPES içermemelidir.
6. Lipoik asit içermelidir.
7. Gentamisin içermelidir.
8. Sodyum sitrat içermelidir.
9. Phenolred içermemelidir.
10. 37°C ve %6 CO₂ ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır olmalıdır.
11. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
12. Albümin kaynağı içermelidir.
13. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
14. pH:7,30 +/- 0,1; osmolalite 261 +/- 5 olmalıdır.
15. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
16. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml olmalıdır.
17. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.
18. Teslim tarihinde en az 8 haftalık raf ömrü olmalıdır.

ASPIRASYON MEDYUMU, OOSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnkübator dışında gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.
2. Oosit toplama işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Bikarbonat ve HEPES tamponlu medyum olmalıdır.
4. EDTA ve kalsiyum klorid içermelidir.
5. Glukoz ve magnezyum sülfat içermelidir.
6. Heparin ve Gentamisin içermelidir.
7. Protein içermemelidir.
8. 125 ml'lik şişelerde olmalıdır. Şişeler ısı, ışığın nüfuzunu engelleyen özel koruyucu ambalajlarda olmalıdır.
9. Phenolred içermemelidir.
10. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 °C 'de olmalıdır.
11. 37°C ve %5 CO₂ ile dengeleme sonrası kullanıma hazır olmalıdır.
12. pH:7,35 +/- 0,1; osmolalite 285 +/- 5 olmalıdır.
13. Sterilite SAL 10-3 düzeyinde olmalıdır.
14. Bakteriyel endotoxin < 0,25 EU/ml.
15. Fare embriyosu testinden %80 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.
16. Teslim tarihinde en az 8 haftalık raf ömrü olmalıdır.

Prof. Dr. Feriye Çelenk YAZICI
Mersin Üniversitesi
ÜYE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No.: 107383

Öğr. Gör. Dr. İzzet GÜZ
Mersin Üniversitesi
ÜYE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No.: 107383