

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-317
İstem No : 84428
Alım No :
Talep Eden Birim : Algoloji Ağrı Ünitesi / Algoloji Ağrı Ünitesi Polikliniği
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PRP (PLATET RİCH PLAZMA) KİT, 2Lİ	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PRP KİT TEKNİK ŞARTNAME

1. EN ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemine sahip üretici tarafından üretimi gerçekleştirilmiş olmalıdır.
2. Medikal Cihaz Direktifine göre belgelendirilmiş olmalıdır.
3. Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde kayıtlı olması gerekmektedir.
4. 16x100 mm standart tip santrifüjlerde santrifüj edilebilir olmalıdır.
5. Ürün 4000 rpm'e kadar santrifüj edilebilir olmalıdır.
6. Antikoagulan olarak Sodyum Sitrat içermelidir.
7. Petrokimyasal kökenli yabancı maddelerden oluşan jel veya diğer bariyerleri içermemelidir.
8. İki adet tüp vakumlu sisteme sahip olmalıdır.
9. Sistem irradyasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Ürün kan almadan uygulamaya kadar gerekli olan tüm malzemeyi kitin içinde bulundurmalıdır.
11. Eklem ve kas uygulamalarında gerekli iğneleri de kit içerisinde bulundurmalıdır.
12. Minimum 15 ml kan ile çalışmalıdır.
13. Raf ömrü minimum 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Sebnem R.
Mersin Üniversitesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Araştırma Uzmanı

Doç. Dr. Mesut BAKIR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji Uzmanı
Dip.Tec. No: 52820