

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2026

İlan No : 2026-01-234
İstem No : 84453
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : VAKUM POMPASI İÇİN YAĞ ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 26/01/2026 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SERİ YAĞ FİLTRESİ, VAKUM POMPASI İÇİN	4	Adet					
2	YAĞ, VAKUM POMPASI İÇİN	40	LT					
3	BUSCH 305D UYUMLU KABLİN TAKIMI, VAKUM POMPASI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BUSCH MARKA 305D MODEL VAKUM POMPASI İÇİN YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kullanılacak pompa yağı bağlı olduğu vakum pompasına tam uyumlu olacak herhangi bir sızmaya sebep vermeyecektir.
- 2) Sıcaklığa dayanıklı özel sirkülasyon yağı olmalıdır.
- 3) Viskozite İndeksi İSO VG 100 Olmalıdır.
- 4) Donma Derecesi -37 Derece Önce Donma Görülmeyecektir.
- 5) Parlama Noktası +197 Derece Olmalıdır.
- 6) Yağlar 20 Litrelik Orijinal Bidonları İle Sevk Edilecektir.
- 7) Firma Yağın Orijinal İgini Kurum Talep Etmesi Durumda Belgeleyecektir.
- 8) Yağ sebebi İle Pompa İçerisinde Yada Dışarısında Keçeler ve Orinğler Gibi Sızdırmaz Elemanlarda Doğabilecek Her Türlü Arızadan ve Sorundan Tedarikçi Firma Sorumlu Olacaktır.
- 9) Tüm Nakliye ve Taşıma Giderleri Tedarikçi Firmaya Ait Olacaktır.
- 10) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 11) Hastanede kullanılan aspiratör sistemini besleyen vakum pompalarının parçalarıyla uyumlu çalışmalı..
- 12) Ürünler yönetim tarafından belirlenecektir.

BUSCH MARKA 305D MODEL VAKUM POMPASI İÇİN YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yağ Filtresi Takılacağı Vakum Pompası İle Tam Uyumlu Olmalı Herhangi Bir Yağ Kaçağına Sebep Olmamalıdır.
- 2) Filtrenin Dışı Boyalı Saç Olup İçi Özel Filtre Kağıdı İle Üretilmiş Olmalıdır.
- 3) Vakum Pompa Yağı İçerisine Karışan Toz ve Partiküllerin Tutulmasını ve Pompa İçerisinde Dolaşarak Pompaya Zarar Vermesini Engellemelidir.
- 4) Tam Geçirgen Olmalı Herhangi Bir Sıkışmaya Sebep Olmamalıdır.
- 5) Dış Çap 98 mm Boy 150 mm Olmalıdır Dış Bağlantısı Pompaya Özel Olmalıdır.
- 6) Yağ Filtresi Uyumsuzluk Sebebi İle Doğabilecek Tüm Sorumluluklardan Tedarikçi Firma Sorumlu Olacaktır.
- 7) Tüm Nakliye ve Taşıma Giderleri Tedarikçi Firmaya Ait Olacaktır.
- 8) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- 9) Ürünler yönetim tarafından belirlenecektir.
- 10) Hastanede kullanılan aspiratör sistemini besleyen vakum pompalarının parçalarıyla uyumlu çalışmalı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İlaçlı Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

VAKUM POMPASI KAPLIN TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Busch 305D marka vakum pompasına uyumlu olacak.
- 2) Takılan kablınlar bir yıl garantili olacak.
- 3) 7 gün 24 saat çalışma şartlarına uygun malzeme kullanılacak.
- 4) Kaplinler takım halinde değiştirilecektir.
- 5) Kaplinler pompalar üzerine bire bir uyumlu olacaktır kesinlikle ekstra bir kesme biçme ve pompa orijinalliğini bozacak müdahaleler yapılmayacaktır.
- 6) Montaj ve de montaj yükleniciye aittir.
- 7) Kaplinler asıl amacı olan aşırı güç uygulanması veya palet kısmı kitleme gibi durumlarda palet plastiğini zarar vermelidir onun için yıldız kaplin kullanılmayacaktır.
- 8) Kaplinler orijinal ürünlerle bire bir aynı olacaktır.
- 9) Kaplin plastikleri piyasada kolay bulanabilen marka olacak yedek parça temininde yükleniciye bağımlı kalınmayacaktır.
- 10) Ürünler montaj yapılmadan önce idareden malzemeye onay alınacak ve hastane işleyişi aksatılmayacak şekilde montaj yapılacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Malzeme Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU