

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-292
İstem No : 84455
Alım No :
Talep Eden Birim : Algoloji Ağrı Ünitesi / Algoloji Ağrı Ünitesi Polikliniği
Konu : SARF MALZEME ALIMI

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PORT KATETER SETİ, KALICI, EPİDURAL/SPİNAL	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PORT KATETER SETİ, KALICI, EPİDURAL/SPİNAL TEKNİK ŞARTNAME

1. Port, Titanyum / Polisülfon olmalıdır.
2. Port, 12 mm çapında silikon membranlı olmalıdır.
3. Port içerisinde 20µ partikül filtresi olmalıdır.
4. Üçgen şekli ile yerleştirilme kolaylığı ve alçak profili ile hasta konforu sağlamalıdır.
5. Kateter, uzunluk işaretli ve radyopak olmalıdır..
6. Epidural veya spinal kateter kullanım seçeneği olmalı; epidural uygulama için Poliamid, spinal uygulama için Poliüretan (mandrenli) olmak üzere iki adet kateter ambalaj içerisinde yer almalıdır.
7. Kateter, 1000 mm uzunluğunda, 20G, iç çapı 0.45 mm, dış çapı 0.85 mm olmalıdır.
8. Port –kateter MR uyumlu olmalıdır.
9. İmplantasyon aksesuarı olarak, 18G tuohy iğne, konneksiyon anahtarı, iki adet konnektör, 0,2µ EF filtre, iki adet bistüri, tünel iğnesi, antikink parçası, LOR enjektör, 10ml enjektör, (20G) kanatlı (enjeksiyon line'lı) ve iki adet kanatsız (22G) düz özel bileyli silikon membranı bozmayan kanül, 20G kanül olmalıdır.
10. Port ve kateter konneksiyonu kolay, emin ve basınca dayanıklı olmalıdır.
11. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, sterilizasyon tarihi, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler şekille ve yazı ile (aksesuarların materyalleri, G-mm vs. cinsinden büyüklükleri vs.) belirtilmelidir.

Prof. Dr. Selim R. R. R.
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
Algoloji A.B.D.
Bilgi No: 51682

Doç. Dr. Mehmet Bakır
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji A.B.D.
Bilgi No: 51682