

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/01/2026

İlan No : 2026-01-340
İstem No : 84482
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TELESKOP KÖPRÜSÜ, ÇİFT GİRİŞLİ, STORZ SİSTOSKOP KİLİFİ UYUMLU	4	Adet					
2	WORKİNG ELEMENTİ, REZEKTESKOP CİHAZI İÇİN	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzeme ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) **Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. WORKİNG ELEMENTİ, REZEKTESKOP CİHAZI İÇİN

Teklif edilecek Çalışma Elemanı Seti, transüretal rezeksiyon uygulamaları için kullanılabilmesi ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Teklif edilecek çalışma elemanı, **aktif kesme**, yani, ileriden geriye doğru kesim yapmak için uygun olmalı, elektrodun hareketi **yay mekanizması** ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda elektrot kılıfın dışında olmamalıdır.
- Hastane ameliyathanede bulunan rezektoskop cihaz setine uygun olmalı ve set ile kusursuz şekilde çalışmalıdır. Teklif edilecek çalışma elemanı, **tek bacaklı loopların** (Kesici loop)**kullanımına uygun olmalı** ve yüksek frekans kablosu girişi, kullanımı kolaylaştıracak şekilde çalışma elemanının üst kısmından bağlantılı olmalıdır.
- Çalışma elemanı, gerektiğinde **soğuk bıçak takılarak** üretratom çalışma elemanı olarak da kullanılabilmelidir.
- Hareket yay mekanizması ile sağlanabilmelidir.
- Baş parmak desteği hareketli olmalıdır.
- Normal konumda elektrod kılıfın dışında olmalıdır.
- Ürün denendikten sonra karar verilecektir ve ÜTS kaydı olmalıdır.

2. OPTİK ÜRETRETOM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Set aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalıdır:

1 ADET ÇALIŞMA ELEMANI SETİ, PASİF

- Teklif edilecek çalışma elemanı, **pasif kesme**, yani, ileriden geriye doğru kesim yapmak için uygun olmalı, elektrodun hareketi **yay mekanizması** ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda elektrot kılıfın dışında olmamalıdır.
- Optikal üretratom ile kullanılabilmelidir.
- Çalışma elemanı, **soğuk bıçak takılarak** üretratom çalışma elemanı olarak kullanılabilmelidir.
- Teklif edilecek çalışma elemanı, gerektiğinde **tek bacaklı loopların** (Kesici loop)**kullanımına da uygun olmalı** ve yüksek frekans kablosu girişi, kullanımı kolaylaştıracak şekilde çalışma elemanının üst kısmından bağlantılı olmalıdır.
- Hareket yay mekanizması ile sağlanabilmelidir.
- Baş parmak desteği hareketli olmalıdır.
- Normal konumda elektrod kılıfın dışında olmalıdır.
- Ürün denendikten sonra karar verilecektir ve ÜTS kaydı olmalıdır.

1 ADET Sachse Üretratom Kılıfı

- 21fr çapında olmalıdır, üretratom obtüratör ile birlikte kullanılabilmelidir.
- Çapı 4 mm olan teleskop ile çalışmalıdır
- Filiform bujilerle çalışmaya uygun kanalı bulunmalıdır.

1 ADET Obtüratör, Üretratom Kılıfına uygun

1. 21 Fr. olup, Optikal üretrotom kılıfı ile birlikte kullanılabilir.

2. Çapı 4 mm olan teleskop ile çalışmalıdır.

3. ENDOSKOPIK TELESKOP, 30°, 4MMX300MM

1. 30° ve geniş açılı olmalıdır.
2. Düz ileri görüşlü olmalıdır.
3. Çapı 4 mm olmalıdır.
4. Otoklavlanabilir özellikte ve fiber optik ışık transmisyonlu olmalıdır.
5. Teleskop üzerinde fiber optik kablo kalınlığına uygun yönlendirici işaretler olmalıdır. Bu sayede uygun teleskop ve fiber optik kablo eşleşmesi sağlanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun ömürlü kullanılması sağlanmalıdır.
6. Teleskop standart, yüksek ve ultra yüksek (SD, Full HD ve 4K) çözünürlükteki endoskopik görüntüleme sistemlerinde uygun görüntüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
7. Teleskop üzerinde datamatriks barkod kodları bulunmalıdır. Bu datamatriks barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara uygun tüm datamatriks barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabilmelidir.
8. Teleskop, üretimde kullanılan çeliğin uluslararası DIN 58298 ve ISO 7153-1 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır.
9. Farklı marka ışık kabloların bağlanabilmesi için ışık bağlantı yerinde en az iki adet adaptör olmalıdır.
10. Teleskopun distal ucu çizilmelere karşı dayanıklı safir lens olmalıdır.

4. FORSEPS, KAVRAMA, PERKÜTAN, DİŞLİ, 38CM

1. Büyük taşların çıkarılması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tırtıklı çeneli, çift çene hareketli ve ring kabızlı olmalıdır.
3. Uzunluğu 38 cm olmalıdır.
4. Ameliyathanede bulunan nefroskop ile kullanımı uygun olmalıdır.
5. Teklif değerlendirilmesi, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5. FORSEPS, KAVRAMA, PERKÜTAN, DİŞSİZ, 38CM

1. Büyük taşların çıkarılması için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Delikli çeneli, ring kabızlı ve çift çene hareketli olmalıdır.
3. Uzunluğu 38 cm olmalıdır.
4. Ameliyathanede bulunan nefroskop ile kullanımı uygun olmalıdır.
5. Teklif değerlendirilmesi, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

6. TELESKOP KÖPRÜSÜ, ÇİFT GİRİŞLİ, STORZ SİSTOSKOP KILIFI UYUMLU

- a) 17-25 Fr. sistoskopi kılıfları ile birlikte kullanılabilir.
- b) 2 enstruman kanalı bulunmalıdır.
- c) Hastanemizde bulunan sisteme uygun olmalı ve set ile kusursuz şekilde çalışmalıdır.
- d) İlgili klinikten uygunluk alınacaktır.