

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

02/02/2026

İlan No : 2026-02-426  
İstem No : 84491  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : BAKIM VE ONARIM, BİYOPSİ TABANCASI

YANAR

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 06/02/2026 17:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması                 | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BAKIM VE ONARIM, BİYOPSİ TABANCASI | 3      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr)**

## BİYOPSİ TABANCASI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tabancanın bakım onarımı yapacak olan ilgili firma GEOTEK marka MAXİCORE-M model tabancaya uygun ve orijinal yedek parça kullanılmalıdır.
2. Bakım onarımı yapılan tabanca aynı arıza için en az 6 ay garanti kapsamında olmalıdır.

  
**İSMAİL YILDIRIM**  
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



|                        |                           |                        |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : BİYOPSİ TABANCASI |                        |
| ÜROLOJİ POLK.          | Marka : GEOTEK            |                        |
|                        | Model : MAXİCORE-U        |                        |
|                        | Seri No: MU150120031      |                        |
|                        | Demirbaş No:              |                        |
|                        | Garantili                 | Bakım Sözleşmeli       |
| Tarih: 15.01.2026      | Var [ ]      Yok [ x ]    | Var [ ]      Yok [ X ] |

Arıza Özeti :

Tabanca çalışmamaktadır. Yetkili firması tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

| Teknik Servis Personeli                             | Birim Sorumlusu                             | Onay                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İSMAİL YILDIRIM</b><br>BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ<br> | <br><b>İsmail DİNCER</b><br>Birim Sorumlusu | <b>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI</b><br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinatör<br> |

Açıklama :



T.C.  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ**  
**Mersin Üniversitesi Hastanesi**  
**Başmüdürlüğü**  
**CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU**



|                        |                                  |                  |           |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : BİYOPSİ TABANCASI 2 ADET |                  |           |
| RADYOLOJİ              | Marka : GEOTEK                   |                  |           |
|                        | Model : MAXİCORE-U               |                  |           |
|                        | Seri No: MM150120190-MM161122162 |                  |           |
|                        | Demirbaş No:                     |                  |           |
|                        | Garantili                        | Bakım Sözleşmeli |           |
| Tarih: 15.01.2026      | Var [ ]                          | Yok [ x ]        | Var [ ]   |
|                        |                                  |                  | Yok [ X ] |

**Arıza Özeti :**

Tabanca çalışmamaktadır. Yetkili firması tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

**Gerekli Yedek Parçalar:**

| Teknik Servis Personeli                             | Birim Sorumlusu                               | Onay                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İSMAİL YILDIRIM</b><br>BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ<br> | <br><b>Yürettin DİNCER</b><br>Birim Sorumlusu | <b>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI</b><br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordınatör |

**Açıklama :**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|