

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-321
İstem No : 84497
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:04	50	Adet					
2	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:06	750	Adet					
3	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:12	50	Adet					
4	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:14	100	Adet					
5	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:16	50	Adet					
6	BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP, NO:18	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

BESLENME KATETERİ, FEEDİNG TÜP

1. Ürün irrigasyon ve drenaj yapmak ve nazagastik beslenmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün PVC, silikon veya poliüretandan yapılmış olmalıdır.
3. Poliüretan sonda kılavuz telli ve uzun dönem kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün çeşitli kalınlıkta (4-6-12-14-16-18) temin edilebilmelidir.
5. Ürünün uzunluğu 40- 120 cm arasında olmalıdır.
6. Ürünün kapağı hava ve su sızdırmayacak özellikte olmalıdır.
7. Ürün latex içermemelidir.
8. Ürünün ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
9. Üründe sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 2 delik olmalıdır.
10. Ürün üzerinde en az 1cm aralıklarla işaretlenmiş cm çizgileri olmalıdır.
11. Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı veya Y port şeklinde çift girişe olanak sağlamalıdır.
12. Ürününde ölçekli derinlik işareti olmalıdır.
13. Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
14. Ürünün bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
15. Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır.
16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Uzm. Dr. Merve Esra BÜZKURT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı
Dip. Tes. No: 165554

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 134233 Uzm. Tes. No: 133140