

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-302
İstem No : 84503
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : TIBBİ CİHAZ ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RİJİD ÜRETERORENOSCOPE CİHAZI SETİ	1	Adet					
2	FORSEPS, KAVRAMA, RİJİT, 5FR, 60CM	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. RİJİD ÜRETERORENOSCOPE CİHAZI SETİ

1 Adet URETERO-RENOSCOPE, 6.5 FR., 43 CM

Teklif edilecek üreterorenoskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- Görüş yönü 6° olmalıdır.
- Distalde kalınlığı 6.5 fr. olmalı ve proximalde kalınlığı en fazla 9.9 Fr. olmalıdır.
- Distal ucu atravmatik yapıda ve yuvarlatılmış olmalıdır.
- Çalışma uzunluğu 43 cm arasında olmalıdır.
- Bir adet merkezi enstrüman kanalı ve iki adet lateral irrigasyon kanalı bulunmalı, merkezi kanal çapı en az 4,8 Fr olmalı, en az 4 Fr. çapındaki enstrümanlar kullanılabilmelidir. Yanal kanallar ise sürekli irrigasyon ve emme işlemine imkan sağlamalıdır.
- Üreterorenoskop merkezi kanalından enstrüman kullanım adaptörü üzerinde kendi kendine kapanan valf sistemi olmalı ve böylece enstrüman kullanılmadığı zamanlarda sıvı akışı engellenmelidir. Üreteroneskop ile birlikte 10'luk paket halinde conta verilmelidir.
- Enstrüman adaptörü sökölüp takılabilir özellikte olmalı ve istenildiğinde çift girişli adaptör de takılabilir olmalıdır.
- Vizör kısmı, teleskop gövdesine açılı olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
- Ürün denendikten sonra karar verilecektir ve ÜTS kaydı olmalıdır.
- Aşağıda belirtilen aksesuarlar ile birlikte verilmelidir:

1 Adet Metal Sterilizasyon ve Saklama Kabı ,temizleme adaptörü ile birlikte

1 ADET URS YAKALAMA FORSEPSİ

Teklif edilecek forseps urs'nin merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- Reusable olmalıdır.
- Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
- Çapı 4 Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.
- Forseps taş yakalama için kullanılabilir olmalıdır.

2. URS YAKALAMA FORSEPSİ, 5FR

Teklif edilecek forseps hastanemizde bulunan urs'nin merkezi kanalından kullanıma uygun olmalı ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

- Reusable olmalıdır.
- Çift çene hareketli ve rijit olmalıdır.
- Çapı 5 Fr. ve uzunluğu 60 cm. olmalıdır.
- Forseps taş yakalama için kullanılabilir olmalıdır.