

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-256
İstem No : 84546
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CMV IGG	200	Test					
2	CMV IGM	300	Test					
3	TOXOPLASMA, AVİDİTE	100	Test					
4	CMV AVİDİTE	100	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1.CMV Avidite;

1. Test kemilüminesans yöntemi ile çalışılacaktır.
2. Testlerin çalışılabilmesi için gerekli tüm kontrol, standart, kalibratör ve sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilecektir.
3. Testler, kalibratör ve kontroller orjinal ambalajında ve aynı marka olacaktır.
4. Test sonuçları en fazla bir saat içinde çıkacaktır.
5. Test laboratuvarımızda bulunan ve kemilüminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.

2.CMV IGG;

1. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
2. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
3. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilmelidir.

3.CMV IGM;

4. Kit barkodlu olup, cihazın lazer-barkod okuyucusu tarafından tanınabilecektir.
5. Kit cihaz üzerinde en az 70 saat kalabilmelidir.
6. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilmelidir.

4.TOXOPLASMA AVIDİTE;

1. Test kemilüminesans yöntemi ile çalışılacaktır.
2. Testlerin çalışılabilmesi için gerekli tüm kontrol, standart, kalibratör ve sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilecektir.
3. Testler, kalibratör ve kontroller orjinal ambalajında ve aynı marka olacaktır.
4. Test sonuçları en fazla bir saat içinde çıkacaktır.
5. Test laboratuvarımızda bulunan ve kemilüminesans yöntemi ile çalışan cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran BERTANIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 8831

Doç. Dr. Taylan BOZOK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No: 144626