

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-305
İstem No : 84549
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Yoğun Bakım Bilim Dalı
Konu : SARF MALZEME ALIM

B.A.

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRAKEOSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, TEK KULLANIMLIK, 8MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir dilatatör /Buji aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Tekniğin uygulanmasını sağlayan, Özel Buji (dilatör) de setin tekli steril paketi içerisinde olacaktır.
3. Setin tekli paketi içerisinde ,soft-seal trakeostomi tüpü , 14G delme kanülü (yer tespit iğnesi), bistüri,10 ml luer enjektör, 'j' uçlu kılavuz tel , insersiyon dilatörü, uygulama kılavuzu, özel uygulama Bujisi, trakeostomi yerleştiricisi, iç kanül, gazlı bez, trakeostomi kanül tutucusu, steril lubrike jel olacaktır.
4. Buji, dokuya kolay penetrasyon sağlaması için önceden yağlanmış olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Bujinin üzerinde trakea giriş mesafesindeki çapın kaç Fr olduğu, iç lümenin çapı, ürün markası ve cilt üzerinde ilerletilebileceği mesafeyi gösteren çizgisi bulunmalıdır. Bu çizgiye kadar olan aç keskin olmamalı, anatomik yapıya uygun olmalıdır.
6. Buji distal uçtan bu çizgiye kadar olan mesafeye kadar genişleyerek dizayn edilmiş olmalıdır ve bu mesafe kısa olmamalıdır.
7. Özel dizayna sahip trakeostomi kanül yerleştiricisinin üzerinde markası, kaç numara kanüle ait olduğu yazılı olmalı ve orta hattından tüm hat boyunca rehber tel geçecek lümeni olmalıdır.
8. Pilot balon hattı, ayırt edici farklı renkte olmalı ve pilot balon üzerinde ürünün markası, kanül iç çapı, kafın boş çapı yazılı olmalı, pilot balonun tek yönlü valfinin kapağı olmalıdır.
9. Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış obturatoru delik olan soft seal kaflı trakeostomi kanülü bulunmalıdır.
10. Set içerisindeki trakeostomi kanülü istenen numaraya göre aşağıdaki ölçülerde olmalıdır:

<u>İç çap (mm)</u>	<u>dış çap (mm)</u>	<u>uzunluk mm</u>
8.0	11.9	75.5

11. Uygulama kılavuzunun çentiği olmalı, bujinin ilerletilebileceği mesafeyi belirlemeye yardımcı olmalıdır. İçinden rehber tel geçebilmelidir.
12. İç kanüller şeffaf olmalı ve hangi çap trakeostomi kanülü için olduğu yazılı olmalıdır.
13. Setin paketi açıldığında etrafında steril örtüsü olmalıdır.
14. Kanül kanatları şeffaf olup, üzerinde marka ve iç çap yazılı olmalıdır.
15. Set ,steril tek blister ambalajdan oluşmalı ve tüm malzemeler aynı steril ambalaj/paket içinde bulunacaktır.
16. Trakeostomi kanülü, soft seal kaf yapısında, trakea temas yüzeyinin daha az olduğu profil kaf şeklinde , 105 derece açılı olmalıdır.
17. Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olmalıdır.
18. Trakeayı dilate etmek için kullanılan beyaz renkli ergonomik dilatatör üzerinde trakea yüzeyinde olduğunun anlaşılması için derinlik çizgisi bulunmalıdır.
19. Kutu üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tes. No.: 763

Prof. Dr. Davud YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tes. No.: 58758