

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-312
İstem No : 84558
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKG ELEKTRODU, MR UYUMLU, ERIŞKİN	400	Adet					
2	BT, STERİL POMPA, HORTUMU, KONTRAST MADDE ENJEKTÖRÜ İÇİN DİSPOSABLE	100	Adet					
3	BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÇİFT HATLI, TEK ÇIKIŞLI, BT BAĞLANTI SETİ	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) BAĞLANTI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde BT'de kullanılan Otomatik Enjektörler ile uyumlu olduğu firma tarafından belgelendirilmelidir.
2. Cihazda kalibre edilmiş uzunluk değeri kadar olmalıdır.
3. Bağlantı seti tek parça olmalıdır ve hasta tarafında sıvının geri yönde akışını önleyecek iki adet check valf olmalıdır.
4. Bağlantı seti üzerinde, pompaya ve hastaya bağlantıyı sağlayan iki adet dönerli kilit olmalıdır.
5. Bağlantı setinin çap ve basınç değerleri sistem setiyle uyumlu olmalıdır.
6. Bağlantı seti tekli steril pakette olmalıdır.
7. Her paket üzerinde son kullanım tarihi, ürün modeli, ürün boyutu ve kullanılacağı otomatik enjeksiyon pompası kodu yazılı olmalıdır.
8. İleriye dönük setten kaynaklı basınç ve akış arızalarında ürünlerin yüklenici firması cihaz'ın onarım bedelini kabul edeceğini kabul etmiş sayılır.
9. TİTUBB ve Medula kaydı bulunmalıdır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
10. Kullanıcı tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
11. Miadı dolması yaklaşan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
12. Her 20 adet XD 2040 bağlantı seti için 1 adet bedelsiz XD 2020 pompa seti verilmelidir.
13. Radyoloji Ana Bilim dalından uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Kaan ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji ABD
Dip. Tes. No.: 104734

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.D.
Dip. Tes. No.: 64147 / 74343

EKG ELEKTRODU, MR UYUMLU, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG elektrodları MR ortamında kullanıma uygun yapı ve özellikte olup özel olarak bu amaç için dizayn edilmiş olmalıdır.
- Elektrodlar MR çekimleri sırasında hem monitör üzerindeki EKG traselerinde hemde MR görüntülerinde parazite ve hasta cildinde yanıklara neden olmamalıdır.
- Elektrodlar tıbbi özellikte beyaz polyetilen köpük malzemeden yapılmış olmalı, cilde zarar vermemeli ve kaliteli sinyal aktarımı yapmalıdır.
- Elektrod yastığı, cilde kuvvetli yapışma özelliği olan malzemelerden olmalıdır.
- Elektrodlar, radio translusent olmalı böylece MR çekim görüntülerinde görülmecektir.
- Elektrod çapı 30X35mm boyutunda olmalı. Yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanılabilmelidir.
- Elektrod materyeli özel köpük madde, EKG leadlerinin tutturulacağı uçlar karbon olmalıdır.
- Elektrod AAMI özelliklerine uygun olmalıdır.
- Elektrodların empedansı 2000 Ohm dan az olmalıdır.
- Elektrodlar tek kullanımlık olmalıdır.
- Elektrodların depolanma süresi en az 6 ay olmalıdır.
- Radyoloji AD. Uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Kaan ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji ABD
Dip. Tes. No.: 104734

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.D.
Dip. Tes. No.: 64147 / 74343

**STERİL POMPA HORTUMU, KONTRAST MADDE ENJEKTÖRÜ İÇİN DİSPOSABL
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ŞARTNAMESİ**

- Sistem seti, hastanemizde kullanılan otomatik enjeksiyon pompası ile uyumlu olmalıdır.
- Sistem seti iki adet kontrast ve bir adet NaCl bağlantısı yapabilmesini sağlayacak soketlere sahip olmalıdır.
- Sistem seti üzerinde basınç kontrolü sağlayan switch bulunmalıdır.
- Sistem seti üzerinde partikül filtresi bulunmalıdır.
- Basınç değerleri XD 2040 Setiyle aynı olmalıdır.
- Radyoloji AD. uygunluk alınmalıdır.

Prof. Dr. Kaan ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji ABD
Dip. Tes. No.: 104734

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No.: 64147 74343