

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-349
İstem No : 84560
Alım No :
Talep Eden Birim : Kan Merkezi / Kan Merkezi
Konu : -85 BUZDOLABI İÇİN UZAKTAN ALARM SİSTEMİ ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/02/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	UZAKTAN ALARM SİSTEMİ, -85 BUZDOLABI İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SICAKLIK TAKİP, KAYIT VE ALARM SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşbu Sıcaklık Takip, Kayıt ve Alarm Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi ("Şartname"), Mersin Üniversitesi Hastanesinde takip ve kayıt edilmesi gereken sıcaklık değerlerinin dijital olarak kayıt ve takip edilebilmesi ve gerektiğinde alarm oluşturulabilmesi için alınacak sistem ile ilgili teknik konuları tarif etmektedir.

1. GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. Malın/hizmetin teslim edileceği yer: Mersin Üniversitesi Hastanesi Satınalma Birimi
- 1.2. Malın/hizmetin teslim edileceği tarih ve süre: 2 Hafta

2. MAL/HİZMET ÖZEL HÜKÜMLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Talep edilen sistem; ortamlardaki (laboratuvar odası içi, buzdolabı içi vb.) sıcaklık değerinin takip edilmesini sağlamalı ve en gelişmiş teknoloji ile donatılmış olmalıdır.
- 2.2. Sistem ortak ağ üzerinden kablosuz ya da kablolu iletişim kurabilmelidir.
- 2.3. Sistem, laboratuvarlarda bulunan kültür inkübatörleri, dondurulmuş örnek depolama tankları, etüvler, buzdolapları gibi cihazların sıcaklık değerlerini kesintisiz olarak kayıt altına almalı, raporlamalı ve alarm durumlarında da mail iletebilmeli, sms gönderebilmeli ya da acil durum telefonlarına arama yaparak bilgi vermelidir.
- 2.4. Sistem, ortamın ihtiyacına göre modüller halinde konfigüre edilebilir olmalıdır.
- 2.5. Sistem, yazılım sistemi de içermeli ve modüllerden gelen verilerin kullanıcının tercihine göre minimum 1 dakika, maksimum 99 dakika periyotlarla toplayarak kayıt altına alınmasını sağlamalıdır.
- 2.6. Sistem, kullanıcı tarafından belirlenen alarm durumları oluştuğunda kullanıcının tercih ettiği bilgilendirme yöntemine göre mail gönderme, sms gönderme ya da acil durum telefonlarını arama özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.7. Sistem, kayıt altına alınan verilerin geçmişe yönelik olarak grafik ya da tablo şeklinde raporlanmasına olanak sağlamalıdır.
- 2.8. Sistem, bütün bileşenlerin bağlı olup olmadıklarını ekran üzerinde görüntüleyen ve alarm durumlarında kullanıcılara bilgilendirme yapan 1 Adet Ana Kontrol Cihazı içermelidir.
 - Ana cihazın en az 7 adet giriş ve 7 adet kontak çıkışı bulunmalıdır. Bu sayede laboratuvar bünyesinde birçok farklı cihazı kontrol etme özelliğine sahip olmalıdır.
 - Ana cihaz en az 4.3" dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.
 - Ana cihaz en az 4 adet sıcaklık ölçüm modülü içermelidir. Her bir sıcaklık modülü PT100 sensör aracılığı ile ortamlardaki sıcaklığı anlık olarak ölçerek kayıt altına almalı ve ekran üzerinden gösterebilmelidir.
 - Ana cihaz üzerindeki ekrandan düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık noktaları belirlenmeli ve kullanıcının belirlemiş olduğu sıcaklık aralığının dışarısında ölçüm alınması durumunda cihaz sesli ve görsel alarm vermelidir.
 - Cihaza yetkisiz kişilerin cihaz parametrelerine müdahale etmesini engellemek amacıyla menü girişi şifre içermelidir.
- 2.9. Sistem tüm bileşenleriyle en az 2 yıl süreyle üretici firma garantisinde olmalıdır. Garanti süresi sonrasında meydana gelecek arıza durumunda üretici tarafından en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığı tamir ve bakım garantisi sunulmalıdır.

Biyolojik Tıp
MEÜ Sıcaklık Alımına
ve Uygulanma Merkezi
Kurum Başkanı
Dr. Öğrt. Üyesi Fatma DÜRAK

Dr. Öğrt. Üyesi Fatma DÜRAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Din. Tes. No.: 105692

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koruyucu Halk Sağlığı
Uzmanı