

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-389
İstem No : 84583
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlık
Konu : SARF MALZEME ALIMı

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DENÜDASYON PİPETİ, 275-300 MİKRON	100	Adet					
2	DENÜDASYON PİPETİ, 170 MİKRON	100	Adet					
3	DENÜDASYON PİPETİ, 140 MİKRON	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DENÜDASYON PİPETİ 275-300 MİKRON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu, embriyolar, blastokistler ve blastomerler için kullanılmalıdır.
2. Pipetler esnek, kırılmaz ve Bisphenol A(BPA) içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Pipetler yeniden kullanılabilir tutucu ile kullanılabilmelidir.
4. Pipetlerin iç çapı 275 veya 300 µm olmalıdır.
5. Pipetler steril edilmiş özel şişelerde satılmalıdır.
6. Pipet diplerinin kalınlıkları eşit olmalı ve denüstasyon mikropipetörü ile uyumsuzluk göstermemelidir.
7. Şişede 10 adet ya da beş adet olarak paketlenmelidir.
8. İnsan embriyo manipülasyonlarına uygunluğu, yani embriyo için toksik olmadığı, özellikle fare embriyo testi ile belirlenmiş özellikte olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajlarındadır ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
10. Satın alınacak denüstasyon pipetleri laboratuvarındaki denüstasyon pipetörüne uyumlu olmalıdır.

DENÜDASYON PİPETİ 170 MİKRON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu, embriyolar, blastokistler ve blastomerler için kullanılmalıdır.
2. Pipetler esnek, kırılmaz ve Bisphenol A(BPA) içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Pipetler yeniden kullanılabilir tutucu ile kullanılabilmelidir.
4. Pipetlerin iç çapı 170 µm olmalıdır.
5. Pipetler steril edilmiş özel şişelerde satılmalıdır.
6. Pipet diplerinin kalınlıkları eşit olmalı ve denüstasyon mikropipetörü ile uyumsuzluk göstermemelidir.
7. Şişede 10 adet ya da beş adet olarak paketlenmelidir.
8. İnsan embriyo manipülasyonlarına uygunluğu, yani embriyo için toksik olmadığı, özellikle fare embriyo testi ile belirlenmiş özellikte olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajlarındadır ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
10. Satın alınacak denüstasyon pipetleri aynı marka olmalı ve bu ürünlerin tamamı için teklif verilmelidir. 49. Kalemde teknik özellikleri belirtilen denüstasyon pipetörüne uyumlu olmalıdır.

DENÜDASYON PİPETİ 140 MİKRON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu, embriyolar, blastokistler ve blastomerler için kullanılmalıdır.
2. Pipetler esnek, kırılmaz ve Bisphenol A(BPA) içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır..
3. Pipetler yeniden kullanılabilir tutucu ile kullanılabilmelidir.
4. Pipetlerin iç çapı 140 µm olmalıdır.

İzmir Gıda ve Tarım
Mühür ve Denetim
Tic. Sic. No. 88470

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖZÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No.: 107383

5. Pipetler steril edilmiş özel şişelerde esatılmalıdır.
6. Pipet diplerinin kalınlıkları eşit olmalı ve denüstasyon mikropipetörü ile uyumsuzluk göstermemelidir
7. Şişede 10 adet ya da beş adet olarak paketlenmelidir.
8. İnsan embriyo manipölasyonlarına uygunluğu, yani embriyo için toksik olmadığı, özellikle fare embriyo testi ile belirlenmiş özellikte olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajlarındadır ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
10. Satın alınacak denüstasyon pipetleri laboratuvardaki denüstasyon pipetörüne uyumlu olmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖGÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No: 107383

Doç. Dr. N. C. Çiğdem YAZICI
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No: 87110