

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

AK

İlan No : 2026-01-388
İstem No : 84585
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlık
Konu : SARF MALZEME ALIMı

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PİPET, MİKROENJEKSİYON, (ICSI)	80	Adet					
2	TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ	80	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PİPET, MİKROENJEKSİYON, (ICSI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan gametlerinde kullanılacak, zarar vermeden oosit sitoplazma içine girebilecek ve sitoplazma sıvısını aspire edip sitoplazma içine sperm enjeksiyonu yapmaya uygun olmalıdır.
2. Gama sterilizasyonu ile tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
3. Mikropipetler borosilikat cam tüplerden imal edilmiş olmalı ve bu tüplerin OD $6 \pm 0,5$ μm ve ID $5 \pm 0,5$ μm olmalıdır.
4. Mikropipetlerin uç kısmına 30 (otuz derece) ölçüsünde açı verilmiş olmalıdır.
5. Mikropipet ucu Zonopellucida 'ya kolaylıkla penetre olabilen spike 'a sahip olmalıdır.
6. Fare embriyoları ile embriyo sitotoksiste testi uygulanmış olmalıdır.
7. ICSI pipeti, DNA-Free (DNA içermeyen) özellikte olmalıdır.
8. Paketler iç ve dış olmak üzere iki kat olmalıdır. Dış paket sterilizasyon paketi olacak, iç paket ise depolama ve nakilden dolayı kırılmayı önleyecek tipte olmalıdır.

TUTUCU (HOLDİNG) PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İnsan yumurtalarını aspire ederek tutup bırakabilecek ve bu işlemi yaparken yumurtanın membranına zarar vermeyecek ve mikroenjeksiyon işlemi sırasında yumurtanın dönmesini ve kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.
2. Mikropipetler borosilikat cam kapillerden imal edilmiş olmalıdır. Bu tüplerin 120 ± 40 μm ve ID 15 ± 3 μm olmalıdır.
3. Gama sterilizasyonu ile tek tek steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır.
4. Endotoksin ve fare embriyo testleri yapılmış olmalıdır.
5. Holding pipeti DNA-Free (DNA içermeyen) özellikte olacaktır ve teklif veren firma tarafından belgelenmelidir.
6. Mikropipetlerin uç kısmına 30 (otuz derece) ölçüsünde açı verilmiş olmalıdır.
7. Mikropipetler steril olarak kendine özel ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
8. Paketler iç ve dış olmak üzere iki kat olmalıdır. Dış paket sterilizasyon paketi olacak, iç paket ise depolama ve nakilden dolayı kırılmayı önleyecek tipte olmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖGÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dp. Tes. No: 107383

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖGÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dp. Tes. No: 107383