

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-387
İstem No : 84588
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK	500	Adet					
2	PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl	3	Adet					
3	PİPET, PASTEUR, CAM, STERİL, 14-15CM	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PİPET, PASTEUR, STERİL, PLASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ölçekli, 3-7 ml hacminde olmalıdır.
2. Plastik, arkası kapalı, damlalık şeklinde ve geniş arka hazneli olmalıdır.
3. Steril, tek tek paketli, nontoksik ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Gama sterilize olmalıdır.
5. İnsan hücresi için IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

PİPET, PASTEUR, CAM, 14-15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Borosilikat, şeffaf camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Pipetin uzunluğu 14-15 cm olmalıdır.
3. Pipetin uçları açık ve düzgün kesilmiş olmalıdır.
4. Pipetin içinde cam kırığı ve cam tozu olmamalıdır.
5. Steril, tekli veya beşli paketlerde olmalıdır.

PİPET UCU, OTOMATİK, STERİL, RAKLI, 1-200µl TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün 96'lık raklı pakette ve steril olmalıdır.
2. 1-200 µl' lik otomatik pipete uygun olmalıdır.
3. Nontoksik olmalıdır.
4. Pirojen-free, RNAaz free, DNAaz free olmalıdır.
5. Pipet ucunun içindeki pamuk filtre ucun en üstünde olmalıdır.
6. Ürün IVF hücre kültüründe kullanılabilir özellikte olmalıdır.
7. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖZÜ
Mardin Üniversitesi Hastane
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Dip. Tes. No.: 10738

01352 241 721 100
T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü