

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-375
İstem No : 84600
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPI BASINÇ SWITCHİ, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	2	Adet					
2	KAPI HALATI, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	4	Adet					
3	REZİSTANS, OTOKLAV CİHAZI İÇİN, STERIS, ENVISTER MODEL, SERİ NO:9973, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-362	4	Adet					
4	SU GİRİŞ VALFİ, CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI İÇİN, STERIS, 3053 MODEL, SERİ NO:66697, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-361	2	Adet					
5	KURUTMA FAN TERMOSTATI, CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI İÇİN, STERIS, 3053 MODEL, SERİ NO:66697, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-361	1	Adet					
6	KURUTMA MOTORU, CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI İÇİN, STERIS, 3053 MODEL, SERİ NO:66697, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/1-361	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KURUTMA ÜNİTESİ MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Motor, STERİS marka 3053 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Motor, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Motor, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Motor, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Motor, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Motor, yetkili firması tarafından cihaza monte edilecektir.

KURUTMA FAN TERMOSTADI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Termostat, STERİS marka 3053 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Termostat, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Termostat, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Termostat, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Termostat, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Termostat, yetkili firması tarafından cihaza monte edilecektir.


İbrahim ÇİĞAL
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİKLER


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

OTOKLAV REZİSTANSI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Rezistans STERIS marka AMSCO ENVISTER model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Rezistans bağlantı uçları vidalı somunlu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 3-Rezistans 380 V 16 KWA güç değerlerine sahip olmalıdır.
- 4-Rezistans en az 6(Altı) ay otoklav cihazının üreticisi ya da yetkilisi garantisinde olmalıdır.
- 5-Rezistans CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.

MOTOR KAPI HALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Halat, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Halat, içten çelik destekli ve motor dişlisine uygun olacak şekilde dişe sahip olmalıdır.
- 3-Halat, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Halat, üretici ya da yetkili firma tarafından fabrikasyon hatalara karşı orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.


KAPI BASINÇ SWITCHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Switch, Steris marka Envister model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Switch 2.3 bar hava basıncında çalışmalıdır.
- 3-Switch otoklav cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 4-Switch orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5-Switch en az 6(altı) garanti kapsamında olmalıdır.

YIKAMA CİHAZI SU GİRİŞ VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Valf, Steris marka 3053 model yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Valf, 24 V AC/DC voltaj özelliğinde olmalıdır.
- 3-Valf, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Valf, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.


Selman DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL TEKNİKLER


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU