

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-356
İstem No : 84603
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 19.0DPT	5	Adet					
2	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 20.5DPT	30	Adet					
3	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 22.5DPT	30	Adet					
4	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 23.0DPT	15	Adet					
5	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 23.5DPT	5	Adet					
6	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 24.0DPT	5	Adet					
7	LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, KARTUŞLAR HARİÇ, 24.5DPT	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

LENS, GÖZ İÇİ, KATLANABİLİR, HİDROFOBİK, TEK PARÇA, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens monoblok yapıda olmalıdır.
2. Lensin optik genişliği 6.00 mm ve haptik uzunluğu 13.00mm haptik açısı 0° olmalıdır.
3. Teklif edilen model lens aşağıda yazılı 3 özellikten en az birine sahip olmalıdır.
 - A. Çok yüksek miyop ve hipermetrop hastalarında kullanılabilmesi için -20(eksi yirmi) - +45(artı kırkbeş) dioptri aralığında 0.5 dioptri basamaklarla üretiliyor olmalıdır. Ayrıca lensler dioptri hatalarına karşı 2 boyutlu barkod teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve kutunun orijinal etiketinde 2D barkod barındırıyor olmalıdır. Aynı marka multifokal torik lens üretimi de mevcut olmalıdır.
 - B. Lensin refraktif indeksi 1.55 olmalıdır. Anterior asimetrik bikonveks optik yapısında olmalıdır.
 - C. Kenar yapısı üç açılı frosted dizaynda olmalıdır. PCO gelişiminin engellenmesi için Anterior yüzeyindeki kenar yuvarlatılmış olmalı, posterior yüzeyindeki kenar da keskin olmalıdır. Aynı marka 3 parçalı PMMA haptikli su içeriği %5 ten az olan hidroforik lens üretimi de mevcut olmalıdır.
4. Lens aberasyon kontrollü (korneanın sferik aberasyonunu da düzelten) asferik optik dizayna sahip olmalıdır.
5. Lens en fazla %25 su içerikli hidroforik özellikli materyalden yapılmış olmalıdır.
6. Arka kapsül opasifikasyonunu engelleyen keskin kenar (square edge) dizayna ve uv koruma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Haptik yapısı " modifiye c " veya l şeklinde olmalıdır.
8. Lensin ön kamara derinliği(acd) en az 5.0 olmalıdır. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.
9. Lens enjektör sistemine uyumlu olmalıdır. Kullanım güvenliği açısından lens ve implantasyon sistemi aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır. Her lens başına 1 adet disposable enjektör ve kartuş ya da 2 adet reusable enjektör ve lens başına kartuş verilmelidir. 2.2 mm ve altından implante edilebilmelidir.
10. Lens yag lazere dayanıklı olmalıdır.
11. Firma tarafından teklif edilen ürüne ait numune denenecek , kullanım , hasta sağlığı ve hasta güvenliği bakımından uygun görülmeyen ürünler red edilecektir.

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Gözetim Kurulu
Başkanı

Prof. Dr. Erdem DİNÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 346