

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/02/2026

İlan No : 2026-02-489
İstem No : 84617
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PERFLUORO-DECALİNE	30	Adet					
2	SİLİKON, GÖZ, 1000 CST	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PERFLUORO-DECALİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek saflıkta perfluorodecalin içermelidir.
2. Saflık oranı %95 den büyük olmalıdır.
3. Yoğunluğu (25°) 1.91- 1.93 g / cm³ aralığında olmalıdır.
4. Steril bir şekilde flakonlarda sıvı formda olmalıdır.
5. 5 ml flakonlarda paketlenmiş olmalıdır.
6. Dinamik viskozite (15-35°C) 6.2-4.4 mPas , Kinematik viskozite (15-35°C) 2.9- 1.9 cSt aralığında olmalıdır.
7. Buhar sterilizasyon sistemi ile steril edilmiş olmalıdır.
8. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
9. Raf ömrü en az 18 Ay olmalıdır.
10. **ISO 10993-5 Standartlarına göre sitotoksikite testleri yapılmış olmalıdır ve yapılan testlerle ARPE-19 ve BALB/3T3 hücreleri üzerinde canlılık %70'dan büyük ve hücrelerin morfolojik değişikliği %2'den küçük olmalıdır. Bu test sonuçlarına göre ürünün Sitotoksik olmadığı ürün etiketinde yer almalıdır.**

Prof. Dr. Ayta YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Görüşmeler
Dış. No: 7/2020

Prof. Dr. Erdem DİMCİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tıp No: 197346

RS-OIL SILICONE OIL 1000 CST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. %100 polydimethylsiloxane 'dan olmalıdır.
2. Viskozite 950- 1050cSt olmalıdır.
3. Steril cam şişe içinde 15ml formlarında olmalıdır.
4. Viscosity (25°) 1000 cs olmalıdır.
5. Özgöl ağırlığı 0.967-0.975 olmalıdır.
6. Refractive Index (25°) 1.40 olmalıdır.
7. Buhar sterilizasyon sistemi ile steril edilmiş olmalıdır.
8. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
9. Ürünler denenerek karar verilecektir.
10. Raf ömrü 12 ay olmalıdır.
11. ISO 10993-5 Standartlarına göre sitotoksisite testleri yapılmış olmalıdır ve yapılan testlerle ARPE-19 ve BALB/3T3 hücreleri üzerinde canlılık %90'dan büyük olmalıdır. Hücrelerin morfolojik değişikliği %2'den küçük olmalıdır ve bu testlerle belgelendirilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. No: 71041

Prof. Dr. Erdem DİNÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. No: 97346