

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-382
İstem No : 84623
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Yoğun Bakım Bilim Dalı
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, BOYU AYARLANABİLİR EKTRA UZUN, NO:7	5	Adet					
2	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, BOYU AYARLANABİLİR EKTRA UZUN, NO:8	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

2. KEZ İLANA GİKİLMİSTİR.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül boyu ayarlanabilir olmalıdır.
2. Boyun plakası kanatçıkları birbirlerine göre ve kanül çevresinde dairesel hareket edebilmelidir.
3. Kanül boyu ayarlama mekanizması ventilasyon cihazına zarar vermeyecek şekilde ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
4. Kanül boyu ayarlama mekanizması ergonomik ve güvenli bas-sürükle veya çevir vidalı mekanizma şeklinde olmalı ve kendiliğinden hareket etmemelidir.
5. Kanül boyunun rahat ayarlanması ve görülmesi için kanül üzerinde görülebilir ölçü skalası olmalıdır.
6. Kanül boyun bağı bağlantı kanatçıkları kanül etrafında hareket edebilmelidir.
7. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kafli olmalıdır.
8. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalıdır.
9. Ürün medikal PVC veya silikondan üretilmiş olmalıdır.
10. Ürün metal spiralle güçlendirilmiş olmalıdır.
11. Kanül numarası ,iç ve dış çap ,uzunluk bilgileri kolayca okunabilecek şekilde boyun plakasında basılı olmalıdır.
12. Ürün tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
13. 100 derece eğim açılı olmalıdır.
14. Trakeayı zedelemekten giriş için düzgün yuvarlatılmış obturatörü bulunmalıdır.
15. Boynu tahriş etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı bulunmalıdır.
16. Steril tekli paketlerde bulunmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Tic. Sic. No: 763

Prof. Dr. Davut YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Tic. Sic. No: 5875

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül boyu ayarlanabilir olmalıdır.
2. Boyun plakası kanatçıkları birbirlerine göre ve kanül çevresinde dairesel hareket edebilmelidir.
3. Kanül boyu ayarlama mekanizması ventilasyon cihazına zarar vermeyecek şekilde ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
4. Kanül boyu ayarlama mekanizması ergonomik ve güvenli bas-sürükle veya çevir vidalı mekanizma şeklinde olmalı ve kendiliğinden hareket etmemelidir.
5. Kanül boyunun rahat ayarlanması ve görülmesi için kanül üzerinde görülebilir ölçü skalası olmalıdır.
6. Kanül boyun bağı bağlantı kanatçıkları kanül etrafında hareket edebilmelidir.
7. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kafli olmalıdır.
8. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalıdır.
9. Ürün medikal PVC veya silikondan üretilmiş olmalıdır.
10. Ürün metal spiralle güçlendirilmiş olmalıdır.
11. Kanül numarası ,iç ve dış çap ,uzunluk bilgileri kolayca okunabilecek şekilde boyun plakasında basılı olmalıdır.
12. Ürün tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
13. 100 derece eğim açılı olmalıdır.
14. Trakeayı zedelemekten giriş için düzgün yuvarlatılmış obturatörü bulunmalıdır.
15. Boynu tahriş etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı bulunmalıdır.
16. Steril tekli paketlerde bulunmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Prof. Dr. Davud YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Diy. Tes. No.: 587

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım B.D.
Diy. Tes. No.: 76