

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/02/2026

İlan No : 2026-02-446
İstem No : 84658
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	FLOW SENSÖR KABLOSU, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASCL0096, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/67090	1	Adet					
2	OKSİJEN SENSÖRÜ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASCL0096, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/67090	2	Adet					
3	AÇMA KAPAMA ANAHTARI, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASCL0096, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/67090	1	Adet					
4	FLOW SENSÖR KABLOSU, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0098, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5407	1	Adet					
5	OKSİJEN SENSÖRÜ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0098, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5407	2	Adet					
6	AÇMA KAPAMA ANAHTARI, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0098, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5407	1	Adet					
7	FLOW SENSÖR KABLOSU, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMH0105, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5418	1	Adet					
8	OKSİJEN SENSÖRÜ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMH0105, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5418	2	Adet					
9	AÇMA KAPAMA ANAHTARI, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMH0105, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/19/5418	1	Adet					
10	FLOW SENSÖR KABLOSU, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0117, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/21/1975	1	Adet					
11	OKSİJEN SENSÖRÜ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0117, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/21/1975	2	Adet					
12	AÇMA KAPAMA ANAHTARI, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0117, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/21/1975	1	Adet					
13	OKSİJEN SENSÖRÜ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0090, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/194897	2	Adet					
14	FLOW SENSÖR KABLOSU, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0090, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/194897	1	Adet					

15	AÇMA KAPAMA ANAHTARI, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, DRAGER, SAVINA300 MODEL, SERİ NO:ASMJ0090, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/194897	1	Adet					
----	--	---	------	--	--	--	--	--

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) **Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FLOW SENSÖR KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo, Drager marka Savina 300 model ventilatör cihazının orijinal kablosu olmalıdır.
- 2-Kablo, kırılmalara karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablo, dış yüzeyi kısa devre ve parazit oluşumunu engellemek için yalıtkan plastik özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Kablo, sensör bağlantı kısmı sök tak soket özelliğine sahip olmalıdır.
- 5-Kablo, CE(güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 6-Kablo, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sensör DRAGER marka SAVİNA 300 model ventilatör cihazının orijinal sensörü olmalıdır.
- 2-Sensör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Sensör CE(Güvenlik) sertifikasına sahip olmalıdır.
- 4-Sensör en az 6(Altı) ay üretici firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Sensör cihazın üreticisi tarafından üretilen orijinal sensör olmalıdır.
- 6-Sensör üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.
- 7-Sensörün cihaza takılabilmesi için soket yapısı olmalıdır.
- 8-Sensörün en az 3(üç) yıl kullanım ömrüm olmalıdır.

AÇMA KAPAMA ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Anahtar DRAGER marka SAVİNA 300 model ventilatör cihazının orijinal anahtarı olmalıdır.
- 2-Anahtar orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Anahtar CE(Güvenlik) sertifikasına sahip olmalıdır.
- 4-Anahtar en az 6(Altı) ay üretici firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Anahtar cihazın üreticisi tarafından üretilen orijinal anahtar olmalıdır.
- 6-Anahtarın cihaza takılabilmesi için soket yapısı olmalıdır.


S. ÖCAL
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Radyasyon Teknikeri


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Radyasyon Teknikeri

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : VENTILATÖR CİHAZI	
KORONER YOĞUN BAKIM 1	Marka : DRAGER	
	Model : SAVINA 300	
	Seri No: ASCL- 0096	
	Demirbaş No: 253.3.5/13/67090	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 19/01/2026	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıda belirtilen parçaların arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Flow sensör kablosu
2 Adet Oksijen sensörü
1 Adet açma kapama anahtarı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : VENTILATÖR CİHAZI	
YETİŞKİN ACİL SERVİS	Marka : DRAGER	
	Model : SAVİNA 300	
	Seri No: ASMJ 0098	
	Demirbaş No: 253.3.5/19/5407	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 19/01/2026	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıda belirtilen parçaların arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Flow sensör kablosu
2 Adet Oksijen sensörü
1 Adet açma kapama anahtarı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selim ÖZCAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :




T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : VENTILATÖR CİHAZI	
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 3	Marka : DRAGER	
	Model : SAVİNA 300	
	Seri No: ASMH-0105	
	Demirbaş No: 253.3.5/19/5148	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 19/01/2026	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıda belirtilen parçaların arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Flow sensör kablosu
2 Adet Oksijen sensörü
1 Adet açma kapama anahtarı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selim ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :	
------------	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : VENTİLATÖR CİHAZI	
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 1	Marka : DRAGER	
	Model : SAVİNA 300	
	Seri No: ASMJ-0117	
	Demirbaş No: 253.3.5/21/1975	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 19/01/2026	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıda belirtilen parçaların arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Flow sensör kablosu
2 Adet Oksijen sensörü
1 Adet açma kapama anahtarı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Sermet ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :




T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : VENTILATÖR CİHAZI	
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 1	Marka : DRAGER	
	Model : SAVİNA 300	
	Seri No: ASMJ-0090	
	Demirbaş No: 253.3.5/13/194897	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 19/01/2026	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıda belirtilen parçaların arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Flow sensör kablosu
2 Adet Oksijen sensörü -
1 Adet açma kapama anahtarı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman DİĞAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :