

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-360
İstem No : 84706
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TAŞIMA ARABASI

BA

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TAŞIMA ARABASI	50	Adet					

MEÜ Hastanesi için PERSONEL OTOYOLU ÜSTÜ, ÖĞRETİM ÜYELERİ OTOYOLU ÜSTÜ VE TESHİN MERKEZİ ÇATISINDAKİ SOLAR PANELLERİN TEMİZLİĞİ İÇİN HİZMET satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 04.02.2026 tarih ve saat 17:00'A kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TAŞIMA ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Arabanın tamamı elektrostatik fırın toz boyalı olmalıdır.
- 2- Taşıma arabası üzerinde yüksek mukavemetli plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş, plastik sepet olmalıdır.
- 3- Arabanın monitör tablası ve alt kazağı alüminyum extrüzyon yöntemiyle üretilmiş alt ve üst kızıktan oluşmalıdır.
- 4- Kilitleme mekanizması sayesinde monitör güvenliği sağlanmış olmalıdır.
- 5- Arabanın yerden yüksekliği 100 cm (± 5 cm) olmalıdır.
- 6- Taşıma arabasının Ø100 mm çapında 4 adet medikal tekerleği olmalıdır ve bu tekerlerden 2 adeti frenli olmalıdır.
- 7- Arabanın teker bağlantı kısımlarında bulunan plastik enjeksiyon tamponlar sayesinde darbelerin zarar vermesi önlenmiş olmalıdır.
- 8- 20 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 9- Taşıma arabaları kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- 10- Monitör standı tamamen demonte edilebilir olmalıdır.
- 11- Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
- 12- Hastanemizde kullanılan hastabaşı monitörleri ile uyumlu olmalıdır.
- 13- Üretici firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 14- Firmanın, Tıbbi cihazlar için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
- 15- Firmanın, ISO 13485:2012 uluslararası kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
- 16- Firmanın, ISO 14001:2004 uluslararası çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır.

BURAK GÖÇER
BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu