

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/02/2026

İlan No : 2026-02-439
İstem No : 84718
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : OPTİK ÜRETRETOM SETİ ALIMI

AN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OPTİK ÜRETRETOM SETİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

OPTİK ÜRETRETOM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Set aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalıdır:

1 ADET ÇALIŞMA ELEMANI SETİ, PASİF

1. Teklif edilecek çalışma elemanı, **pasif kesme**, yani, ileriden geriye doğru kesim yapmak için uygun olmalı, elektrodun hareketi **yay mekanizması** ile sağlanmalıdır. Normal pozisyonda elektrot kılıfın dışında olmamalıdır.
2. Optikal üretrotom ile kullanılabilir.
3. Çalışma elemanı, **soğuk bıçak takılarak** üretratom çalışma elemanı olarak kullanılabilir.
4. Teklif edilecek çalışma elemanı, gerektiğinde **tek bacaklı loopların (Kesici loop) kullanımına da uygun olmalı** ve yüksek frekans kablosu girişi, kullanımı kolaylaştıracak şekilde çalışma elemanının üst kısmından bağlantılı olmalıdır.
5. Hareket yay mekanizması ile sağlanabilir.
6. Baş parmak desteği hareketli olmalıdır.
7. Normal konumda elektrod kılıfın dışında olmalıdır.
8. Ürün denendikten sonra karar verilecektir ve ÜTS kaydı olmalıdır.

1 ADET Sachse Üretretom Kılıfı

1. 21fr çapında olmalıdır, üretrotom obtüratör ile birlikte kullanılabilir.
2. Çapı 4 mm olan teleskop ile çalışmalıdır
3. Filiform bujilerle çalışmaya uygun kanalı bulunmalıdır.

1 ADET Obtüratör, Üretretom Kılıfına uygun

1. 21 Fr. olup, Optikal üretrotom kılıfı ile birlikte kullanılabilir.
2. Çapı 4 mm olan teleskop ile çalışmalıdır

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji AD
Dip Tesci No: 134941

Prof. Dr. Hakan ERGİL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip Tesci No: 40252-55177 Dip. No.: 125