

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/02/2026

İlan No : 2026-02-434
İstem No : 84726
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nefroloji / Çocuk Nefroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

DA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK, 10F, 11-13CM	5	Adet					
2	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK, 8F, 11-13CM	5	Adet					
3	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK, 5FR, 7-12CM	5	Adet					
4	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 06-08FR, 10-13CM	5	Adet					
5	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 09-11FR, 14-16CM	5	Adet					
6	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, 09-12FR, 22-26CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

1.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDIATRİK 10 FR 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
- 2.Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3.10 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
- 4.Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

2.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ PEDIATRİK 8 FR 11-13 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
- 2.Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3.FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
- 4.Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır 10 FR, 11-13 cm boyutlarında olmalıdır.
- 5.Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

3.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ PEDIATRİK 5 FR 7-12 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
- 2.Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3.5 FR 7-12 cm boyutlarında olmalıdır.
- 4.Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır

4.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ,06–08 FR,10-13CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. 06–08 FR,10–13 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

5.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ,09–11 FR,14-16CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. 09–11 FR,14–16 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

6.KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ,09–12 FR,22-26CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. 09–12 FR,22–26 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 132579

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539