

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2026

İlan No : 2026-02-465
İstem No : 84751
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ENZİMATİK, DEZENFEKTAN İÇERİKLİ, TIBBİ ALETLER İÇİN	80	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ENZİMATİK, DEZENFEKTAN İÇERİKLİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün; en az üç (3) farklı enzim içermeli olup bunlar amilaz, proteaz ve lipaz olmalıdır. Ürün, her türlü tıbbi cihaz ve cerrahi/medikal aletlerin kullanım sonrası üzerinde bulunan kan, doku, protein, yağ ve benzeri organik yükleri etkili şekilde temizleyebilmelidir. Enzimatik aktivitesi, akredite laboratuvarlarca yapılmış test raporları ile belgelendirilmiş olmalı ve bu belgeler sunulmalıdır.
2. Ürün; kullanıcıyı ve tıbbi aletleri çapraz kontaminasyondan korumak amacıyla antimikrobiyal etkinliğe sahip olmalıdır. Antimikrobiyal etkinlik; akredite laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporları ile kanıtlanmalı ve **bu belgeler sunulmalıdır**.
3. Ürün, yıkama ve durulama işlemleri sonrasında tıbbi cihaz yüzeylerinde kalıntı bırakmamalıdır. Bu durum, akredite laboratuvar analiz raporları ile belgelendirilebilmelidir. İdarenin talep etmesi halinde, ilgili test raporları sunulmalıdır.
4. Ürün; aldehit, fenol, klor ve amin bileşikleri içermemelidir.
5. Ürün konsantre formda olmalı ve çeşme suyu ile seyreltilerek kullanılabilmelidir.
6. Ürün;
 - o Manuel yıkama,
 - o Ultrasonik banyouygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ürün, tıbbi cihaz ve aletler üzerinde korozyon etki göstermemelidir. Bu özellik, üretici beyanı ve/veya ilgili test **raporları ile desteklenmelidir**.
8. Ürün çözeltisi düşük kokulu veya kokusuz olmalı; göz ve geniz yakıcı etki göstermemelidir.
9. Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) bulunmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
10. Ürün; orijinal ambalajında, en az 2 (iki) litre, en fazla 5 (beş) litre hacimli bidonlarda sunulmalıdır. Ambalaj üzerinde;
 - o Ürünün kimyasal içeriği,
 - o Son kullanma tarihi,
 - o Lot numarası,
 - o Kullanım talimatları Türkçe olarak yer almalıdır.
11. Üretici veya tedarikçi firma tarafından, ürünün doğru ve standart dozda kullanımı amacıyla her 10 (on) bidon için 1 (bir) adet doz pompası ücretsiz olarak verilmelidir.
12. İhale sürecinde sunulan numuneler, ünitelerde görev yapan sağlık personeline kullanılacaktır. Ürün değerlendirilmesinde; sağlık personelinin ürüne uyumu, kullanım kolaylığı ve görüşleri dikkate alınacaktır.
13. Firma, seyreltilmiş ürünün litre maliyetini fiyat teklifinde açıkça belirtmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, seyreltilmiş ürünün litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
14. Ürün; MDR (EU 2017/745) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gerekliliklerini karşılamalı. Bu kapsamda; üretici tarafından düzenlenmiş MDR'ye uygun CE Uygunluk Beyanı, Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıt bilgileri ve Türkçe kullanım talimatları ihale dosyasında sunulacaktır.
15. Muayene ve kabul komisyonu, gerek görmesi halinde; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere, yetkili ve akredite laboratuvarlara, her seri için yeterli sayıda numune alarak, mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozyon etki vb. analizler yaptırabilecektir. Analiz masrafları yüklenici firmaya ait olacak, analiz nedeniyle eksilen stoklar firma tarafından karşılanacaktır.

Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Serumlu Hemşire

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Serumlusu