

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/02/2026

İlan No : 2026-02-484
İstem No : 84761
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.0FR, 5-9CM	6	Adet					
2	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 4.0- 4.5 FR, 7-10CM	15	Adet					
3	KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 4FR, 7-10CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KATATER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 3.0 FR, 5-9CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seldingere ponksiyon kanülü, 0,8mm (21G) çapında, 38±2mm uzunluğunda olmalıdır
2. Katater, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
3. Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
4. Katater, 3FR olmalıdır.
5. Katater, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
6. Kataterde, tek yönlü enjeksiyona imkân tanıyan kapak olmalıdır.
7. Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
8. Kataterde, farklı renklerle kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
9. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında, 50cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Dilatör olmalıdır
11. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
12. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
13. Bistürü olmalıdır
14. Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı. Dilatatör damara zarar vermemelidir.
15. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemeli, dokuda ilerletirken ve geri çekilirken bütünlüğü bozulmamalı, kırılmamalıdır.
16. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 146782

Doç. Dr. Aysen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 1396 - 92512

KATETER, SANTRAL VENÖZ, 2 LÜMENLİ, 4.0- 4.5 FR, 7-10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seldingere ponksiyonkanülü, 0,8mm (21G) çapında, 38±2mm uzunluğunda olmalıdır.
2. Katater, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
3. Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
4. Katater, 4FR veya 4.5 FR olmalıdır.
5. Katater, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
6. Kataterde, tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.
7. Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
8. Kataterde, farklı renklerle kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
9. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli, 0,46 mm çapında, 50±10cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Dilatör olmalıdır.
11. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5ml) olmalıdır.
12. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
13. Bistürü olmalıdır.
14. Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı. Dilatatör damara zarar vermemeli.
15. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemeli, dokuda ilerletirken ve geri çekilirken bütünlüğü bozulmamalı, kırılmamalıdır.
16. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Dip. Tes. No: 144732

Doç. Dr. Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 9296 - 92512

KATETER, SANTRAL VENÖZ, 3 LÜMENLİ, 4FR, 7-10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 4 FR uzunluğu 7-10 cm olmalıdır.
2. Kateter poliüretandan mamul olmalı, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak travmaya yol açmamalı, bio uyumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
3. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
4. Kateterin distal ucu daha yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
5. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
6. Kateterin her bir lümeni için klemp ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
7. Setin içerisinde;
Bir ucu j diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalı. Kılavuz telin tek elle manipüle edilebilmesini sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir işaretler bulunmalı, dokuda ilerletirken ve geri çekilirken bütünlüğü bozulmamalı, kırılmamalıdır.
 - Ponksiyon iğnesi,
 - 1 adet 5 ml'lik enjektör
 - 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
 - 1 adet 11inc bisturi veya scalpel olmalıdır.
8. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melva ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 144782

Doç. Dr. Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Neonatal Uzmanı
Dip. Tes. No: 1296 - 92512