

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-589
İstem No : 84767
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Dahili Yoğun Bakım - 1
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKSTRAKORPOREAL CO2 UZAKLAŞTIRMA TEDAVİ SETİ	5	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

544525

EXTRAKORPOREAL CO2 (ECCO2R) UZAKLAŞTIRMA TEDAVİ SETİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. CO2'nin membrandan difüzyon yoluyla hasta venöz kan dolaşımından kısmi ekstrakorporeal olarak uzaklaştırılmasında (ECCO2R) bağımsız bir tedavi şeklinde ya da Sürekli Renal Replasman Tedavisi (SRRT) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Hasta kanındaki artmış CO2 düzeyinin düşürülmesi ya da CO2 kan düzeylerindeki artışın ve hiperkapniye bağlı respiratuar asidozun önlenmesi amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kan gazı değişimi için gerekli filtre yüzey alanı en az 0,8 m2 olmalıdır.
4. Filtre prime hacmi 84 ml' yi geçmemeli ve maksimum kan tarafı basıncı 66.66 kPa/ 500 mmHg olmalıdır.
5. Kan akım hızı 200-450 ml aralığında ayarlanabilmelidir.
6. Membran materyali Polimetilpenten (PMP) ve membran tipi Plazma dar oluklu lifli olmalıdır.
7. Membran EtO(etilen oksit) ile sterilize edilmiş olup 72 saatlik tedavi süresine uygun olmalıdır.
8. Gaz akış hızı çalışma aralığı 5-10 l/dk olmalı ve ayarlanan gaz değerine göre cihaz menüsünden oluşabilecek tahmini sıvı kaybı saatlik ve günlük olarak görülebilmelidir.
9. Ekstrakorporeal CO2 uzaklaştırma seti içerisinde 400 cm uzunluğunda polipropilen, hidrofobik cam microfiber gaz hattı olmalıdır. Bu hat kuru ve nemli gaz ile çalışabilecek özellikte olmalıdır.
10. Set içeriğinde, hastane oksijen bağlantı sistemine uyumlu, Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) materyaline sahip özel konektör olmalıdır.
11. Set içeriğinde bağlantıyı sağlamak için hacmi 6ml/32cm Kırmızı giriş hattı, hacmi 4ml/23cm Mavi çıkış bağlantı kan uzatma hattı bulunmalı ve bu hatlar hem CRRT setleriyle hemde HP-X setleriyle tam uyumlu olmalıdır.
12. Ekstrakorporeal CO2 (ECCO2R) uzaklaştırma tedavi seti tek başına sadece CO2 uzaklaştırma tedavisini yapabildiği gibi; aynı zamanda CRRT ve/veya sepsis yönetimi için gerekli yüksek akışlı tedavi setleriyle birlikte tüm CRRT modalitelerinde de (SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF) kullanılabilir.
13. CO2 uzaklaştırma (ECCO2R) tedavisinin tek başına yapılabilmesi için gerekli olan setin kan dolum hacmi en fazla 108 ml ve maksimum kan basıncı 500 mmHg (66.6 kPa) olmalıdır.
14. Kliniğimizde bulunan CRRT cihazıyla tam uyumlu olmalı veya uygun cihaz kullanım için tedarik edilmelidir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Dr. Öğr. Üyesi Dr. AKIN ŞEN
İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı
Diy. Tes. No: 138904

ahiliye 1 Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi
Güldane GENÇ

Güldane GENÇ

15. Firma ilk seans işleme başlamak amacıyla, CO2 (ECCO2R) uzaklaştırma tedavi seti ile birlikte tedavinin etkin ve kesintisiz yapılabilmesi için 1 adet minimum 13FR 15-20cm boyutlarında hemodiyaliz kateterini bedelsiz vermelidir.

GEREKÇELİ RAPOR

Hiperkapnik Solunum yetmezliği olan hastalarda Klasik Medikal tedavi uygulandıktan sonra hala hiperkapnisi devam ederse Nonİnvaziv veya İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulanmaktadır. Bu neden ile hastada enfeksiyon riski ve hastanede yatış süresi uzamaktadır. ECCO2R ile Hastadan Ekstrakorporeal yol ile CO2 düzeyi hızla düşürülerek hastanın Entübasyona ihtiyacı azalmakta ve hastanede yatış süresi kısalmaktadır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ HASTANESİ
Dr. Öğrt. Üyesi Dr. İsmail AKIN ŞEN
İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı
Diyadin No: 138904

Üniversite 1 Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi
Güldane GENÇ

Güldane GENÇ