

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2026

B-17

İlan No : 2026-02-738
İstem No : 84783
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2026 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, ANTİMİKROBİYAL, PVC, DUFOUR TİP UÇ, NO:20	30	Adet					
2	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, ANTİMİKROBİYAL, PVC, DUFOUR TİP UÇ, NO:22	30	Adet					
3	TROKAR, PORT, TORASİK, 15MM	10	Adet					
4	İĞNE, BİYOPSİ, ASPİRASYON, MANUEL CHİBA, 18G, 240MM-300MM	20	Adet					
5	İĞNE, ENJEKSİYON, SİSTOSKOPIK, METAL, 3-4FR	5	Adet					
6	İĞNE, KOAKSİYEL İĞNE, 15G, 13CM-17CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proform faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

3-)İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1) **İĞNE, METAL SİSTOSKOPİK ENJEKSİYON İĞNESİ-TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- a) Üretra, üreteral orifis, mesane boynu ve mesane duvarlarına enjeksiyon yapmaya uygun yapıda olacaktır.
- b) **Ürün Paslanmaz çelikten** veya üretici firma tarafından belirlenmiş **yüksek dayanımlı biyouyumlu malzemeden** üretilmiş olmalıdır.
- c) İğne kısmı paslanmaz çelikten mamul ve pürüzsüz, keskin uçlu olmalıdır.
- d) İğnenin gövde çapı sistoskop çalışma kanalından geçebilecek yapıda en fazla **4.0 Fr** olmalıdır.
- e) Sistoskop çalışma kanalından kolayca ilerletilebilecek sertlikte olmalıdır.
- f) İğne uzunluğu en fazla **420 mm** olmalıdır.
- g) İğnenin proksimal kısmında **luer lock konnektör** bulunmalıdır. Bu konnektör üzerinde manipülasyona yardımcı olacak kanatçıklar bulunmalıdır.

2) **Koaksiyel İğne Teknik Şartnamesi**

- a) Koaksiyel iğne sistemi metal bir kanül ve trokar içermelidir.
- b) Üzerinde derinlik belirteçleri bulunmalıdır.
- c) Kalınlık seçenekleri 15 gauge olmalıdır.
- d) 15cm (± 2 cm) uzunluğunda olmalıdır.
- e) 18 gauge tam otomatik biyopsi iğnelerine uygun olmalıdır.
- f) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- g) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)'ne kayıtlı olmalıdır.

3) **CHIBA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- a) 18 G, 24-30 cm aralığında boyutlarında olmalıdır.
- b) Uygun şekilde steril ambalajda olmalıdır.
- c) Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.
- d) İğnenin proksimal kısmında **luer lock konnektör** bulunmalıdır.

4) **18-20-22 FR 3 YOLLU DUFOUR (TIEMANN) PROSTATEKTOMİ FOLEY SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- a) Ürün PVC, Şeffaf, Termosensitif ve SoftSimplastik materyalden üretilmiş olmalıdır.
- b) Ürün 3 yollu olmalıdır.
- c) Ürünün balonu Lateks olmalıdır.
- d) Ürünün balon hacmi 75 ml. olmalıdır
- e) Ürünün ucu Dufour (Tieman) tip, 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
- f) Ürünün 18-24 CH'a kadar farklı kalınlıkları olmalıdır.
- g) Ürün uzunluğu 42 cm olmalı.
- h) Ürünün luer ve luer lock enjektörlerle kullanılabilen plastik valf mekanizması olmalıdır.
- i) Ürünün takibi açısından her sonda üzerinde hammadde tipi, sonda ölçüsü ve balon hacmi belirtilmiş olması tercih sebebidir.
- j) Ürün üzerinde radyoopak çizgi bulunmalıdır.
- k) Ürünün SGK onaylı barkod numarası olmalıdır.
- l) Ürün klinikte kullanıldıktan sonra ve şartnameye uygunluğu kıyaslandıktan sonra uygunluk verilecektir.

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tescil No: 134941

Prof. Dr. Erdem AYLA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No: 6085-37056

5) TROKAR, BIÇAKSIZ

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi obtüratör ve kanülden oluşmalı, 5mm'den 15mm çapına kadar el aletlerinin geçişine uygun yapıda olmalıdır.
4. Trokar sisteminin obtüratörünün kafa kısmı manipülasyonu kolaylaştıracak şekilde düşük profilli olmalıdır.
5. Trokar sisteminin kanülü şeffaf olmalıdır, bu sayede, trokarın kaviteye girişi sırasında kanül içinin görünmesine olanak sağlamalıdır.
6. Şeffaf kanül, gerektiğinde, aynı marka 15mm bıçaklı ve optik trokarlar ile de kullanılabilecek üniversal yapıda olmalıdır.
7. Kanül, 15mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertör ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
8. Şeffaf kanülün dış yüzeyi kavite duvarında tutunmayı sağlayacak fiksasyonlu yapıda ve kanül uzunluğu 100mm olmalıdır.
9. Kanülün ucu parabolik yapıda olmalı bu sayede kanül ve obtüratör tek bir düzleme sahip olmalı, bu sayede dokulara zarar vermeden giriş kuvvetini azaltmalıdır.
10. Kanül ucu 30 derece açılı olmalı bu özellik ameliyat esnasında organın kanül tarafından travmatize etmesi engellenmelidir.
11. Trokar obtüratörünün ucunda trokar girişinin daha az doku deformasyonu sağlaması ve cerrahın daha rahat kullanımı için kılavuz bulunmalıdır.
12. Trokar kanülü üzerinde, insüflasyon ve hızlı desüflasyon için kullanılabilecek, üç yollu (def., inf., kapalı) vana sistemi olmalıdır, bu vana, trokar, steril paketinden çıkarıldığında pnömoperiton kaybını engellemesi, cerrahın veya hemşirenin kontrolüne gerek kalmaması için, kapalı konumda olmalıdır.
13. Konvertörün kolaylıkla çıkarılmasını sağlayan bir mandal olmalıdır.
14. Kanül içerisinde alet giriş çıkışlarında hava kaçağını engellemek için 360 derece hareketli konvertör içine sabit hava kaçağı engelleyici valf olmalıdır. Hareketli yapısı sayesinde el aletleri manevralarında hasar görmesi ve hava kaçağının engellenmesini sağlamalıdır. Spesimen çıkartmak için konvertör çıkarıldığında kanül üzerinde bulunan perde şeklinde, yanlara esnek açılabilen hava kaçağını engelleyen perde valf olmalıdır. Konvertör çıkarıldığında bile bu valf pneumoperitonun korunmasını sağlamalıdır. Trokar, el aletlerinin giriş çıkışı sırasında gaz kaçağını engellemeli, vaka boyunca bu özelliğini korumalıdır.
15. Trokar ve parçaları üzerinde vida, punto vb düşebilecek, hasta ve vaka güvenliğini tehlikeye atacak yabancı cisimlerle birleştirilmiş olmamalıdır.
16. Trokar sistemi steril ambalajında teslim edilmelidir.
17. Steril ambalaj üzerinde trokar sisteminin özelliğini, ölçülerini kolayca ayırt edebilmek için yazılı ve görsel ifadeler bulunmalıdır.
18. Steril ambalaj, depo saklama alanını azaltmak ve çevreyi korumak için hafif/yumuşak yapıda olmalıdır.
19. Steril ambalaj içindeki trokar ve kanül sistemi, taşıma esnasında zarar görmemesi ve birbirinden ayrılması için sert plastik ile kliplenmiş olmalıdır.

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tescil No: 134941

Prof. Dr. Erdem AİBA
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tesc. No: 6085-37020