

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/02/2026

İlan No : 2026-02-480
İstem No : 84787
Alım No :
Talep Eden Birim : Psikiyatri / Psikiyatri Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAĞIT, ECT CİHAZI İÇİN	15	Adet					
2	EKT ELEKTRODU, STİMULUS	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

EKT ELEKTRODU, STİMULUS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler 2 elektrod içeren ambalajlar halinde olmalıdır.
2. EKT cihazının stimulus işleminde kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
3. İnce akım kabloları ve girişi olmalıdır.
4. Cilde temas eden yüzeyi yapışkan hidrojel olmalıdır.
5. Tek kullanım için hazırlanmış olmalıdır.
6. Orijinal ambalajında teslim edilmeli ve ambalaj üzerinde (Üretim ve Son kullanım tarihi, Lot, Seri, Referans numarası, CE belgesi işareti vs.) yer almalıdır.
7. En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

KÂĞIT, ECT, CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Z katmalı olmalıdır.
2. Mevcut ECT cihazı yazıcısına milimetrik uymalıdır.
3. Alkol bazlı olmalıdır.
4. Kurumumuzda mevcut "THYMATRON SİSTEM 4" ECT cihazı ile uyumlu olmalıdır.
5. Kağıt yazıcı başlığına zarar verdiği takdirde firma yazıcı başlığını onarmakla yazıcı başlığının onarımı olmaz ise değiştirmekle yükümlüdür.
6. Kağıt ambalaj içinde olmalıdır.
7. Kağıt cihaza yerleştirilebilir olmalıdır.
8. Orijinal ambalajında teslim edilmeli ve ambalaj üzerinde (Üretim ve Son kullanım tarihi, Lot, Seri no, Referans numarası, CE belgesi işareti vs.) yer almalıdır.
9. En az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Prof. Dr. *Ali Kemal YILDIZ*
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 74685

Prof. Dr. *Ali Kemal YILDIZ*
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ruh Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip. Tes. No: 77168-61730