

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-595
İstem No : 84802
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIMLI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SATURASYON PROBU, PARMAK TİP, PEDIATRİK, DİSPOSABLE, XPR	150	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

200
509521

SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob hastanemizde mevcut Spacelabs marka Xprezzon model hastabaşı monitöre tam uyum sağlayacak özellikte olmalıdır.
2. Problar kliniğin elindeki ara kabloların dışında başka bir ara kablo ya da dönüştürücü gerekmeden kullanılmalıdır.
3. Prob teknolojik bütünlük için monitörün saturasyon modülü teknolojisi ile tam uyumlu olmalı, gerekirse probun belirtilen cihazda kullanılabildiğine monitör ya da saturasyon teknolojisi sunan firmadan onaylı olmalıdır.
4. Prob orijinal kapalı ambalajında tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
5. Probun ambalajı üzerinde markası ve probun kullanılabileceği hasta popülasyonuna ait bilgiler bulunmalıdır.
6. Prob yenidoğan ve süt çocuğunun hassas cilt yapısına uygun özellikte olmalıdır, yapışkan kısmı dokuya zarar vermemelidir. Pediatrik problemler ise sarmalı tipte olmalıdır.
7. Hareket ve düşük perfüzyon koşullarında SpO2 ölçüm doğruluğu probun kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
8. İhaleyi alan firmadan kliniğin ihtiyacına göre kullanılmak üzere (alımın adedinin %1'ini geçmeyecek şekilde) preterm bebek, alın veya kulak probu tiplerinden temin edilebilmelidir.
9. Probun ara kablosu triboelektrik gürültüyü önleyecek özellikte olmalı, sinyal iletisini maksimum hassasiyette sağlayabilmelidir.
10. Prob aynı hastada en az 1 hafta kullanıma uygun olmalı, bu özellik istenildiğinde demo yapılarak ispatlanmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza ARSLANKÖYLÜ
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
No: 143, No: 121026

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
No: 143, No: 121026