

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

AY

İlan No : 2026-02-597
İstem No : 84805
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SABİTLEME BANDI, KÜÇÜK, NAZOGASTRİK	15	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda savılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

544532
15

Nazogastrik Tüp Sabitleyici Teknik Özellikleri

1. Nazogastrik tüp sabitleyici cildin komplikasyonlar açısından değerlendirmesi ve tüpün konumunun çıkarmadan izlenebilmesi için bütünüyle şeffaf olmalıdır.
2. İki aşamalı uygulanmalı ve yapışkan olmayan alanları sayesinde eldivenle kolay uygulanabilmelidir.
3. Hassasiyet yaratmayan akrilat yapıştırıcıdan üretilmiş olmalı ve bu sayede nazogastrik tüpleri kuru cilde sabitlenmeli ve ıslanıp yağlı hale geldikten sonra bile 48 saate kadar kalıcılığını korumalıdır.
4. Burun tabanındaki yapışkan olmayan bölüm, tüpün serbestçe sarkmasını sağlayarak hasta cildiyle temasını azaltmalı ve tıbbi cihaz kaynaklı basınç yaralanması (MDRPI) riskini en aza indirmeye yardımcı olmalıdır.
5. Kuyruğun ucundaki yapışkan olmayan bant, hasta cildine zarar vermeden kolayca çıkarmayı sağlamalıdır.
6. Pediatri ve yetişkinlerde kullanılmak üzere iki farklı boyu olmalıdır.
7. Yetişkin boyu 5,7 cm x 7,3 cm ebatlarında olmalı ve dış çapı 10-18 French olan tüplere uyumlu olmalıdır.
8. Pediatrik boyu 4,5 cm x 4,7 cm ebatlarında olmalı ve dış çapı 8-12 French tüplere uyumlu olmalıdır.
9. Tekli pakette olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Erkan ARSLANKÖYLÜ
MED Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 94159

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MED Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Cocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Dip. Tes. No: 129026