

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/02/2026

İlan No : 2026-02-667
İstem No : 84826
Alım No :
Talep Eden Birim : Kan Merkezi / Kan Merkezi
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CROSS MATCH KARTI	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CROSS MATCH KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Mikrotüpler içerisindeki reaktifler monoklonal olmalıdır.
2. En az 6 kuyucuklu olmalıdır.
3. Tanı işlemini yapabilmek amacı ile en az A-B-D ve AHG mikro tüplerini ihtiva etmelidir.
4. Kartlar oda ısısında saklanabilmelidir.
5. Aynı kart üzerinde donör ve hastanın kan grupları teyit edilebilmeli, enzimli ve AHG'li ortamda crosmatch yapılabilmesi ve AHG'li ortamda hasta için otokontrol test yapılabilmesi.
6. Kart üzerindeki RhD mikrotüpü Dvı varyantını yakalayabilecek özellikte IgG ve IgM tabiatındaki RhD antikor karışımı içermelidir.
7. Kurulacak manuel sistemler kartlar ile tam uyumlu olmalıdır. En az 3 adet çalışma istasyonu, en az 3 adet santrifüj (sabit hız ve zaman ayarlı), en az 2 adet inkübatör (sabit hız ve zaman ayarlı), en az 3 adet otomatik pipet (10,25,50 ul), en az 3 adet dispencer, 1 adet kart okuyucu firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.
8. İsteklinin teklif ettiği kartlarla kullanılacak reaktif, hücre, solüsyonlar, teklif verilen kitlerle tam uyumlu olmalıdır. Kitlerin ve yardımcı solüsyonlar , reaktif, hücre, ve anti serumların üzerinde son kullanma tarihleri, seri numarası, saklanma koşulları belirtilmiş olmalıdır.
9. Yüklenici firma transfüzyon merkezinde kartlar bitinceye kadar testin çalışması için gerekli olan tüm malzemeleri (kit, kontroller, pipet ucu, kuru tüp, yıkama solüsyonu, çözelti solüsyonu vb.) tüketim miktarına göre istenilen miktarlarda ücretsiz olarak temin etmelidirler.

Manuel sistemde kurulacak olan inkübasyon ve santrifüj, kart okuyucunun;

1. Montajı yüklenici firmaya aittir.
2. Her türlü işçilik ve imalat hatalarına karşı firmanın ücretsiz garantisi altında olmalıdır.
3. Kurulması, yerleştirilmesi, çalışması için alt yapı değişikliklerine gereksinim duyulduğunda söz konusu çalışma, malzeme temini ve giderler firma tarafından bedelsiz üstlenilmelidir.
4. Resmi tatiller dahil arızanın bildirilmesinden sonra ilk 24 saat içerisinde arıza giderilmeli, 72 saat içerisinde onarımın tamamlanmış ve transfüzyon merkezine teslim edilmiş olması gereklidir. Bu süre zarfında onarılmayan cihaz, firma tarafından başka bir cihaz ile değiştirilmelidir. Bu durumu taahhütname ile belgelendirmelidir.
5. Arıza bildiriminden itibaren 72 saat içerisinde arıza giderilmezse cihaz başına sözleşme bedelinin 0,0001 (on bin de biri) oranında çalışmadığı her gün için ceza uygulanacaktır.
6. Ay içerisinde aynı hata veya arıza en az 4 defa meydana gelirse cihazın aynı özellikte başka bir tam otomatik cihazla değişimi ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır..
7. Yüklenici firma bu ihaleye alınan ürünlerin bitimine kadar cihazların transfüzyon merkezinde kalmasını ve bu süre içerisinde oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis ve yedek parça teminini kabul etmelidir.
8. Arıza durumlarında kullanılan test miktarı kadar kart, kit ve sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz olarak laboratuvar kayıtları esas alınarak karşılanacak ve belgelendirilecektir

Dr. Öğrt. Üyesi Fatma DURAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dün. Tel. No: 105692

Biyolog Tuğba TEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kan Transfüzyon Merkezi
Etilim Sorumlusu