

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/02/2026

İlan No : 2026-02-547
İstem No : 84832
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlilik
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASPIRASYON SETİ, OOSİT, ÇİFT LÜMENLİ	50	Adet					
2	PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYULU	150	Adet					
3	PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, DÖRT KUYULU	100	Adet					
4	PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYUSUZ, (ICSI), 60X9MM	100	Adet					
5	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 14ML	500	Adet					
6	TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 5ML	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

GENEL ŞARTLAR:

Tüm kalemler için numune verilmelidir. Numune ile değerlendirilmesi mümkün/yeterli olmayan teknik şartnamelerin her maddesinin, katalog üzerinde ve/veya gerekirse ek belge sunularak -teknik şartnameye cevap veya beyan usulü ile değil- uygunluğu teyit edilebilmelidir. Katalog ile doğrulanamayan teknik şartname maddeleri için hazırlanacak ek belgeler, ait olduğu kalem belirtilerek sunulmalıdır (üretici, imalatçı ya da kontrol/kalite testlerini yapan vb. firmalardan gelen ıslak imzalı belgeler yanında ilgili firmalara ait web adresi belirtilerek sunulan resmi internet sitelerinden alınan, konuyu net bir şekilde açıklayan belgeler de kabul edilecektir).

ASPIRASYON SETİ, OOSİT, ÇİFT LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne 17 gauge veya 16 gauge çapında ve 35 ± 2 cm uzunluğunda ve iki lümene sahip olmalıdır.
2. İğne paslanmaz çelik ve OPU işleminin ağrısız bir şekilde yapılabilmesi için keskin uçlu olmalıdır.
3. Aspirasyon iğnesinin uç kısmında ultrasonik görünümü sağlayan marker olmalı ve bu işaretler en iyi şekilde görüntü sağlamak amacı ile tek tek nokta şeklinde yapılmış olmalıdır.
4. Aspirasyon iğnesi ile rahat bir şekilde yumurta toplama işleminin yapılabilmesi için ergonomik tutma yeri olmalıdır.
5. Ürünün uç keskinliği çok iyi olmalı, 2-3 follükül aspirasyonundan sonra ucu kütleşmemeli ve çadır etkisi yapmamalıdır.
6. Aspirasyon ve flushing için kullanılan linelar ince saydam teflondan yapılmış olmalıdır.
7. OPU iğnesinin silikon tıpası herhangi bir tıkanıklık durumunda iğneye müdahale edebilmek için şırınga adapte edilebilecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
8. MEA (Fare embryo testi) testi yapılmış olmalıdır.
9. EO (Etilen oksit) ile steril edilip paketlenmiş olmalıdır.

PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 60x15 mm ebatında olmalıdır.
2. Merkezi (ortası) kuyulu olmalıdır.
3. Polistiren, non-pirojenik olmalıdır.
4. Steril, non-toksik, tek kullanımlık olmalıdır.
5. En az 10 adet/paket şeklinde olmalıdır.
6. Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
7. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
8. Endotoksin düzeyi 20 endotoksinünit/device olmalı ve bu belgelenmelidir.
9. İnsan hücresi için IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, DÖRT KUYULU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dört ayrı kuyucuğa sahip olmalıdır.

Prof. Dr. İzzet ÖĞÜZ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
MEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uygulama Anabilim Dalı
Kodlu Hast. ve Değ. Birim.
Diy. Tes. No: 83910

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖĞÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYTE Lab. Sorumlusu
Diy. Tes. No: 10733

2. Polistiren, non-pirojenik olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık olmalıdır.
4. Tekli veya 4'lü adette paketlenmiş olmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril olmalıdır.
6. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. Endotoksin düzeyi 20 endotoksinünit/device olmalı ve bu belgelenmelidir.
8. Optimal hücre yapışmasına ve büyümesine uygun olmalıdır.
9. İnsan hücresi için IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

PETRİ KUTUSU, DOKU KÜLTÜRÜ İÇİN, ORTASI KUYUSUZ, (ICSI), 60X9MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 60x9 mm ebatında olmalıdır.
2. Polistiren, nonpiyrogenik olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık olmalıdır.
4. Tek tek veya 10'lü adette paketlenmiş olmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır
6. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. Endotoksin düzeyi 20 endotoksinünit/device olmalıdır.
8. İnsan hücresi için IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 14ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek tek steril pakette veya 10'lü steril pakette, 500 adetlik kutuda olmalıdır.
2. Ürünün tabanı düz (yani konik olmayan yuvarlak dipli) olmalı çift basmalı kapaklı olmalıdır.
3. Ürün en az 14ml hacminde olmalıdır. Ağız genişliği oosit aspirasyon setine uygun olmalı ve herhangi bir aspirasyona engel durum oluşturmamalıdır.
4. Ürün en az 16,5 mm çapında ve 100 mm boyunda olmalıdır.
5. Ürün insan IVF kullanımına uygun non-toksik olmalıdır.
6. Ürün polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün üzerinde hacim ml değerlerini gösteren cetvel olmalıdır.

TÜP, KÜLTÜR, DÜZ DOKU, 5 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek tek steril pakette veya 10'lü steril pakette, 500 adetlik kutuda olmalıdır.
2. Ürün 5 ml hacminde olmalıdır.
3. Ürünün tabanı düz (yani konik olmayan yuvarlak dipli) olmalı; çift basmalı kapaklı olmalıdır.
4. Ürün insan IVF laboratuvarında kullanıma uygun nontoksik olmalıdır.
5. Ürün polisitrenden üretilmiş olmalıdır.
6. Ürün üzerinde hacim ml değerlerini gösteren cetvel olmalıdır.

Prof. Dr. İzzet ÖZGÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYE LİB. Sorumlusu
Diy. Tes. No.: 107383

Öğr. Gör. Dr. İzzet ÖZGÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÜYE LİB. Sorumlusu
Diy. Tes. No.: 107383