

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-594
İstem No : 84841
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, TIBBİ CİHAZ, ORTA DÜZEY	75	LT					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEZENFEKTAN, TIBBİ CİHAZ, ORTA DÜZEY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, **Spaulding sınıflamasına göre orta düzey dezenfeksiyon** sağlamalıdır.
2. Ürün, üretici firmanın önerdiği konsantrasyon ve temas süresinde **en fazla 15 dakika** içerisinde;
 - o bakterilere (Tbc dâhil),
 - o mantarlara,
 - o zarflı virüslere (HBV, HIV dâhil)karşı etkili olmalıdır.
Bu etkinlik **ilgili** standartlara göre yapılmış **mikrobiyolojik test raporları** ile belgelenmelidir. Bu belgeler sunulmalıdır.
3. **PVC, akrilik, polietilen, polipropilen, polikarbonat, polisülfon, teflon, silikon ve paslanmaz çelik** materyallerle uyumlu olmalıdır.
4. Ürün **aldehit, fenol, klor ve enzim bileşikleri içermemelidir**.
5. Ürünün seyreltilmiş çalışma solüsyonu **en az 24 saat stabil kalmalı**, bu süre boyunca etkinliğini sürdürmelidir. Etkinlik takibi için **minimum etkin konsantrasyon (MEK) testine gerek olmamalıdır**.
6. Ürün korozyon yapmamalıdır.
7. Ürün konsantre olmalı ve **çeşme suyu ile seyreltilerek** kullanılabilmelidir.
8. Ürün hazırlandıktan sonra **köpük oluşturmamalıdır**.
9. Ürün kolay durulanabilir olmalı, tıbbi cihaz yüzeylerinde **kalıntı bırakmamalıdır**. Bu durum test veya üretici beyanı,katalog ile belgelenmelidir.
10. Ürün çözeltisi mümkün olduğunca **kokusuz olmalı**, göz ve geniz tahrişine neden olmamalıdır.
11. Ürüne ait **Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)** bulunmalıdır. Bu belge sunulmalıdır.
12. Ürün; orijinal, **kilitli kapaklı**, en az **2 L**, en fazla **5 L** ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürün içeriği, lot numarası, son kullanma tarihi yer almalı; kullanım talimatları **Türkçe** olmalıdır.
13. Üretici veya tedarikçi firma tarafından, ürünün doğru kullanımını sağlamak amacıyla **her 10 bidon için 1 adet dozaj pompası** ücretsiz olarak verilmelidir.
14. Ürün, **MDR (EU 2017/745) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği** gerekliliklerini karşılamalı ve **Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kayıtlı** olmalıdır.
(93/42/EEC kapsamında sunulan ürünler, yalnızca geçerli geçiş süresi belgeleri ile kabul edilecektir.)
15. Numuneler, ünitelerde çalışan sağlık personeline kullanılacaktır. Ürün değerlendirmesinde sağlık personelinin **ürün uyumu ve kullanım geri bildirimleri** dikkate alınacaktır.
16. Firma, **seyreltilmiş ürün litre maliyetini** fiyat teklifinde açıkça belirtmelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, seyreltilmiş litre birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
17. Muayene komisyonu gerekli gördüğü takdirde, her seri için yeterli sayıda numuneyi masrafları firmaya ait olmak üzere **Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya akredite laboratuvarlara** (mikrobiyolojik etkinlik, toksisite, kimyasal içerik, korozyon vb.) analiz için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen ürün miktarı firma tarafından karşılanacaktır.


Prof. Dr. Gülcan ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu


Ayşe MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire