

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-623
İstem No : 84871
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SOĞUK IŞIK KAYNAĞI, PORTABLE

G.T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOĞUK IŞIK KAYNAĞI, PORTABLE	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

LED SOĞUK IŞIK KAYNAĞI

1. SİSTEMİN BÜTÜNLÜĞÜ, VERİMLİLİĞİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞABİLMESİ İÇİN KAMERA KONTROL ÜNİTESİ VE SOĞUK IŞIK KAYNAĞI BÜTÜNLEŞİK YAPIDA OLMAMALI, AYRI AYRI ÜNİTELER HALİNDE OLMALI VE AYRI AYRI TEKLİF EDİLMELİDİR.
2. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI 100-240 (+-10%) VAC, 50/60 HZ ŞEHİR ELEKTRİĞİNDE ÇALIŞABİLMELİDİR.
3. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AYDINLATILMAI LED LAMBA İLE OLMALIDIR.
4. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI RENK ISISI YAKLAŞIK 6400 K OLMALIDIR.
5. CİHAZ KULLANIM SÜRESİ BOYUNCA AŞIRI ISINMAMALI, YÜKSEK ISI NEDENİYLE IŞIK KAYNAĞI KABLOSU VE TELESKOP VE DİĞER BAĞLANTILI CİHAZLARA ZARAR VERMEMELİDİR.
6. CİHAZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ARIZA DİĞER BAĞLANTILI CİHAZ DA DAHİL OLMAK ÜZERE FİRMA SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR.
7. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI PARLAKLIĞININ CİHAZ ÜZERİNDE AYARLANABİLECEK DÜĞME,EKRAN VEYA ÜNİTESİ OLMALIDIR..
8. CİHAZ AĞIRLIĞI EN FAZLA 2.5 KG OLMALIDIR.
9. SOĞUK IŞIK KAYNAĞINDA KULLANILAN LED LAMBA ÖMRÜ EN AZ 30000 SAAT OLMALIDI.
- 10.SOĞUK IŞIK KAYNAĞI KORUMA DERECEŚİ CF VE KORUMA SINIFI I OLMALIDIR.
- 11.SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AŞAĞIDA BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİRLİKTE VERİLMEDİR.
 - 1 ADET ELEKTRİK KABLOSU
 - 1 ADET FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU
 - ÇAPI3.5 MM OLAMLIDIR.
 - UZUNLUĞU EN AZ 300 CM OLMALIDIR.
 - ISIYA DAYANIKLI, SOLUSYON KULLANIMINA VE SIVI TEMASINA DAYANIKLI OLMALIDIR.

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Kaya RAL
Merlin Ü. Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. 15.04.2018 09:24

668 00 150 1010
15.04.2018 09:24
15.04.2018 09:24