

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/02/2026

İlan No : 2026-02-685
İstem No : 84873
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CERRAHİ ÖRTÜ SETİ, PERKÜTAN, DISPOSABLE	10	Adet					
2	DİLATASYON SETİ, RENAL, AMPLATZ	10	Adet					
3	PROB, ULTRASONİK LİTOTRİPSİ PROBU	5	Adet					
4	VASKÜLER KLİP, TİTANYUM, LARGE	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1) VASKÜLER KLİP, TİTANYUM, LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Klipler, saf titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Klip kartuşlarının arka yüzeyi, yapışkan yüzeye sahip olmalıdır.
- Klip kartuşları ergonomik yapıda üretilmiş olup, klipler tam kapama sağlamalı ve bu sayede klabin dokudan düşmesi engellenmelidir.
- Kartuşlar ve klipler steril olmalı, her ebat klip kartuşu kolaylıkla ayırt edilebilmesi için farklı renklerde üretilmiş olmalıdır.
- Klipler, ebatlarına uygun aplikatörlerle kullanılmalı ve yine kullanılacakları ebatlardaki klip kartuşları ile aynı renkte olmalı, bu sayede tanınmasında kolaylık sağlanmalıdır.
- Klipsler, hastanemizde mevcut bulunan klip uygulayıcısı (applier) ile tam uyumlu olmalıdır.
- Klipler ağızları uygulandığında uç uca gelmelidir.

2) DİLATASYON SETİ, RENAL, AMPLATZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Her kit : dış çapları 8fr, 10fr, 12fr, 14fr, 16fr, 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr ve 30fr olan, her biri 35cm uzunluğunda 12 adet amplatiz dilatatör içermelidir.
- Set içinde; 1 adet, guide üzerinden yerleştirilebilen, dış çapı 8fr, uzunluğu 70cm olan stylet ile iç çapı 8fr dış çapı 10 fr uzunluğu 30cm olan radyopak, PTFE kılıf olmalıdır.
- Bu 10 fr'lik giriş kılıfının içinden üç adet. 038" guidewire geçebilmelidir.
- Dilatatörler PVC'den yapılmış ve pürüzsüz olmalıdır, uçları girişi güvenliği sağlamak üzere inceltilmiş olmalıdır.
- Dilatörler giriş esnasında eğilip bükülmemeli, dokudan içeri giriş esnasında dokuya zarar vermeden rahatça kaydırılabilir.
- 14 ve 30 fr arası dilatatörlerin iç çapı 8 fr'lik stylet üzerinden kullanıma imkan vermelidir.
- Mavi renkli dilatatörler radyopak olmalı ve 14fr ve daha kalın olanlarında 20 cm boyunca siyah cm işaretleri olmalıdır.
- Dilatörler üzerinde 20 cm boyunca her cm.de bir olan işaretlere ilave olarak her 5 cm.de bir de artan sayıda çizgiler olmalıdır.
- Tüm dilatörlerin arka kısmında FR ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.

3) PERKÜTAN ÖRTÜ SETİ

- Üroloji branşında yapılan operasyonlarda sterilizasyonu korumak ve devam ettirmek amacı için tasarlanmış ve operasyon bölgesindeki aletleri örterek kullanılmak için üretilmiş tek kullanımlık örtü seti olarak imal edilmiş olmalıdır.
- Örtüler cildin nefes almasına izin verecek ancak su, alkol, kan ve benzeri sıvıları absorbe ederek ortamdan uzaklaştıracak ve kumaş bünyesinde muhafaza edecek nitelikte iki katlı ve/veya üç katlı emici kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- Önlükler Lif-Partikül bırakmamalıdır. Ayrıca önlükler de tiftiklenme olmamalıdır
- Hasta üst örtülerinin tüm yüzeyi iki katlı materyalden oluşmalı ve örtünün emicilik oranının azalmaması için katlar birbirine püskürtme yapışkan yöntemi ile lamine edilmiş en az 56 +/- 3 gr/m2 olmalı. Üst katı emici. Alt katı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır.
- Set Alet Masa Örtüsü ile bohçalanmalıdır. Alet Masa örtüsü bir katı emici non woven diğer katı tamamen geçirimsiz 65(±5) mikron kalınlığında medikal polietilen malzemeden olmalıdır. Alet Masa örtüsünün tam ortasında kaymayı önleyen 4*4 cm ebadında bir bandı olmalıdır.

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tescil No: 134941

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tescil No: 6085-37069

6. Set içerisinde kullanılacak olan önlükler en az 43 gr/m² (± 3) olmalı ve ön kısımları ile
10. Kol manşetleri 8-10cm uzunluğunda tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta ve ter emici özellikte olmalıdır.
11. Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır.
12. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerlerinde yazılı veya resimli örtü açılış yönlerini gösteren etiketler bulunmalıdır.
13. Örtülerde kullanılacak cilt bantları medikal amaçlı üretilmiş olmalı ve genişliği minimum 4*4cm ebatlarında çift taraflı bant olmalı ve bantların kısa kenarlarında bantların kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır.
omuzdan eteğe kadar kollar ise bilekten dirsek üstüne kadar takviye kumaşı olmalıdır ve bu kumaş kesinlikle emici nonwoven olmalıdır.
7. Set su ile temas halinde kalınca sterilitiyi bozacak şekilde deforme olmamalıdır.
8. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak sterilliği bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.
9. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça açabilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır
14. Alet masa örtüsü iki katlı yapıda, alt tabakası sıvı penetrasyonu engellemek için polietilen, üst tabakası emici medikal nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
15. Setler, medikal amaçlı nonwoven kumaştan üretilmiş olup, cerrahi operasyonlarında kullanılabilir tek kullanımlık steril özellikte olmalıdır.
16. ENİ 3795-3 'e göre (Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) standart operasyonlarda kritik bölgelerde kullanılmak üzere belirlenen kriterleri karşılayacak özellikte olmalıdır.
17. Önlükler, Giysi Tekstillerinin Yanmazlık Standardına uygun olmalıdır
18. Set, alet masa örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü medikal kâğıttan imal edilmiş sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.
19. Set etilen oksit yöntemi ile steril edilmelidir. İndikatörü ayrıca içinde de olmalıdır
20. Tüm bu ürünler alet masa örtüsü bohçalandıktan sonra krepe ile tekrar bohçalanmalıdır.

PERKUTAN ÖRTÜ SETİ İÇERİĞİ:

- 1 adet en az 175cm x 240cm (± 10 cm) ebadında poşlu örtü
- 1 adet 150cm x 200 (± 10 cm) cm ebadında alet masa örtüsü
- 1 adet mayo masa örtüsü en az 78*145 cm
- 2 adet 10*30 cm Non-woven bant
- 2 adet 40*40 cm Medikal havlu
- 2 adet korumalı cerrahi önlük
- 2 adet kamera kılıfı
- 1 adet skopi kılıfı

4) PROB, ULTRASONİK LİTOTRİPSİ PROBU

1. Probu, **endoskopik ürolojik taş kırma işlemlerinde** kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. **Hastanemizde bulunan ultrasonik litotriptör cihazı ile tam uyumlu** olarak çalışmalıdır.
3. Ultrasonik enerji ile **taşları etkin şekilde fragmente edebilmeli**, aynı zamanda oluşan fragmanların **aspirasyonuna olanak sağlamalıdır**.
4. Probun dış çapı 6 fr aralığında olmalıdır.

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No: 134941

Prof. Dr. Erdem ALKAYA
Mersin Öncü Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No: 6085-87049

5. Uzunluk 30- 55cm aralığında olmalıdır.
6. Prob, **yüksek titreşim iletim kapasitesine** sahip olmalı ve enerji kaybı olmadan stabil performans sunmalıdır.
7. **Paslanmaz çelikten** veya üretici firma tarafından belirlenmiş **yüksek dayanımlı biyouyumlu malzemeden** üretilmiş olmalıdır.
8. Kullanım sırasında **ısı artışı minimal** olmalı, çevre dokulara zarar vermeyecek şekilde güvenli çalışmalıdır.
9. Prob, hastanemizde bulunan **rijid endoskoplar** ile kullanıma uygun olmalıdır.
10. Ürün, üretici firmanın belirttiği şekilde **steril edilebilir** (otoklav veya uygun sterilizasyon yöntemleri ile) ve **çoklu kullanıma uygun** olmalıdır.
11. Ürün, **orijinal ambalajında**, hasarsız ve kullanılmamış olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün için üretici veya yetkili distribütör tarafından **uygun garanti ve teknik destek** sunulmalıdır.

Dr. Öğr. Gör. Cuma AYTEKİN
Mersin Üniversitesi
Üroloji A.D.
Dip. Tescil No: 134941

Prof. Dr. Erdem AILBAĞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No: 6085-37059