

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-567
İstem No : 84896
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TROMBOSİT VE ERİTROSİT KURTARMA FİLTRE SETİ	26	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Trombosit ve Eritrosit Kurtarma Filtre Seti

1. Set tek kullanımlık üretilmiş olmalıdır. Etilen oksit ile steril edilmiş ve 2(iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.
2. Set paketinde kurulum sırasında cihaz tarafından okunacak barkod veya matriks kod bulunmalıdır.
3. Set içeriğinde ameliyat ortamından kan çekmek için en az 350cm uzunluğunda antigakulan hattı olan suction tubing olmalıdır.
4. Antigakulan hattında kanın pıhtılaşmasını engellemek için heparinli serum bağlamak için hat ucunda ayarlanabilir spike bulunmalıdır.
5. Set içeriğinde en az 10 litre kapasitesinde atık torbası bulunmalıdır. Torba üzerinde içerisindeki mayii miktarının tayin edilebileceği seviye çizgileri olmalıdır.
6. Atık torbasında gerektiğinde boşaltabilmek için bir musluk olmalıdır.
7. Trombosit ve eritrosit toplanan torbanın hacmi en az 1000 ml olmalıdır. Bu torbadan hastaya direk kan vermek için kan seti bağlantı çıkışı olmalıdır. Torba üzerinde içerisindeki mayii miktarının tayin edilebileceği seviye çizgileri bulunmalıdır.
8. Kan torbası setten ayrılabilir ve ayrıldığı durumda bulunan yedek kapaklar ile hattın açık uçları kapatılabilmelidir.
9. Set içeriğinde masadan gelen kanın içerisinde bulunabilecek olan doku ve kemik parçalarını, büyük tromboz parçalarını filtre edebilecek 40 mikron mebranı olan 2500 ml (2,5 litre) rezervuarı olmalıdır. Rezervuar üzerinde içerisindeki mayii miktarının tayin edilebileceği her 100ml de bir seviye çizgileri bulunmalıdır.
10. Rezervuar üzerinde iki adet masa hattına bağlanabilecek aspirasyon giriş portu ve vakum sistemine bağlanacak bir vakum hattı giriş portu olmalıdır.
11. Rezervuar üstünde gerektiğinde filtre içindeki toplanan atıkları yıkamak için iki adet kapaklı yıkama portu ve rezervuar içinde oluşabilecek basıncı dengelemek için tek yönlü basınç valfi bulunmalıdır.
12. Rezervuar çıkışına bağlanacak olası parça ve trombozları tutacak mikro filtre özellikli ikinci bir filtre olmalıdır.
13. Set içeriğinde kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri ayırma özelliği bulunan 0-2 2-4, 4-7 mikron geçirgenliğe sahip Hollow fiberleri barındıran üç katmanlı bir filtre bulunmalıdır.
14. Setin içinde, filtreye bağlı ayrıştırılan kanın sistemde toplanmasını sağlayacak

treatment bag bulunmalıdır.

15. Kurulacak set acil durumlarda kurulumu hızlandırmak amacıyla yekpare olarak cihaza kolayca ve hızlıca takılabilecek şekilde cihaz içi setinin tüm bağlantıları yapılmış olmalıdır.
16. Yıkama solüsyonunu bağlamak için ucunda 2 adet spike bulunan yıkama solüsyon hattı bulunmalıdır.
17. Setin her bağlantı uçlarında her bileşenden geçen akımı kontrol edebilmek için manuel klipsler bulunmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nuray DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör