

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/02/2026

İlan No : 2026-02-689
İstem No : 84952
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 7CMX3MM	5	Adet					
2	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 7CMX4MM	5	Adet					
3	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, KESİCİ, 8CMX2.3MM	20	Adet					
4	TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 9CMX3MM	5	Adet					
5	TUR UCU, YÜKSEK DEVİRLİ, TOPUZ, ELMAS, 3MMX14CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 7CMX3MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları hastanemizde bulunan Medtronic marka yüksek devirli tur motoru ile bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan uçlar, beyin cerrahi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi branşlarında kullanılabilmelidir.
3. Yüksek devirli drill uçları 75.000 devirde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uçlar tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
5. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
6. Yüksek devirli drill uçları steril orijinal ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar aynı zamanda uçlarla kullanılacak motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
8. Uçlar klinik tarafından ihtiyaca istinaden seçilecek olup, her türlü ihtiyacı karşılayacak ürün portföyü üretici firma bünyesinde olmalıdır. Bu sebeple ürün portföyünde kesici uç, delici uç, kibrit başlı elmas uç, telescoping esnek uçlar (topuz, kibrit başlı ve elmas), eğri transefenoidal ucu, meşe palamudu, silindirik uç çeşitleri olmalıdır. Tüm bu uçların varlığı orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır.
9. Üretici firma portföyünde spiral nükleostomi bıçağı, el aleti ve irrigasyonlu transnazal uç bulunmalıdır. Satın alındığı takdirde temin edilebilmelidir.
10. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları carbide malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Teslim edilecek ürünler
 - a) 7 cm 3 mm topuz uç

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/6-554

Dr. Öğrt. Üyesi Dr. Ya KARAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 165522

TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 7CMX4MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları hastanemizde bulunan Medtronic marka yüksek devirli tur motoru ile bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan uçlar, beyin cerrahi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi branşlarında kullanılabilmelidir.
3. Yüksek devirli drill uçları 75.000 devirde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uçlar tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
5. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
6. Yüksek devirli drill uçları steril orijinal ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar aynı zamanda uçlarla kullanılacak motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
8. Uçlar klinik tarafından ihtiyaca istinaden seçilecek olup, her türlü ihtiyacı karşılayacak ürün portföyü üretici firma bünyesinde olmalıdır. Bu sebeple ürün portföyünde kesici uç, delici uç, kibrit başlı elmas uç, telescoping esnek uçlar (topuz, kibrit başlı ve elmas), eğri transefenoidal ucu, meşe palamudu, silindirik uç çeşitleri olmalıdır. Tüm bu uçların varlığı orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır.
9. Üretici firma portföyünde spiral nükleostomi bıçağı, el aleti ve irrigasyonlu transnazal uç bulunmalıdır. Satın alındığı takdirde temin edilebilmelidir.
10. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları carbide malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Teslim edilecek ürünler
 - a) 7 cm 4 mm topuz uç

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversite Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 50252/6554

Dr. Öğr. Üyesi Derya KARAT.
Mersin Üniversitesi Hastane
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 14449

TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, KESİCİ, 8CMX2.3MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları hastanemizde bulunan Medtronic marka yüksek devirli tur motoru ile bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan uçlar, beyin cerrahi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi branşlarında kullanılabilmelidir.
3. Yüksek devirli drill uçları 75.000 devirde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uçlar tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
5. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
6. Yüksek devirli drill uçları steril orijinal ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar aynı zamanda uçlarla kullanılacak motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
8. Uçlar klinik tarafından ihtiyaca istinaden seçilecek olup, her türlü ihtiyacı karşılayacak ürün portföyü üretici firma bünyesinde olmalıdır. Bu sebeple ürün portföyünde kesici uç, delici uç, kibrit başlı elmas uç, telescoping esnek uçlar (topuz, kibrit başlı ve elmas), eğri transefenoidal ucu, meşe palamudu, silindirik uç çeşitleri olmalıdır. Tüm bu uçların varlığı orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır.
9. Üretici firma portföyünde spiral nükleostomi bıçağı, el aleti ve irrigasyonlu transnazal uç bulunmalıdır. Satın alındığı takdirde temin edilebilmelidir.
10. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları carbide malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Teslim edilecek ürünler
a) 8 cm 2.3 mm kesici uç

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 56252/61554

A. Öğrt. Üyesi Derya KARATAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 165522

TUR UCU, DİSEKSİYON, YÜKSEK HIZLI, TOPUZ, 9CMX3MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları hastanemizde bulunan Medtronic marka yüksek devirli tur motoru ile bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan uçlar, beyin cerrahi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi branşlarında kullanılabilmelidir.
3. Yüksek devirli drill uçları 75.000 devirde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uçlar tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
5. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom ucu ve drill uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
6. Yüksek devirli drill uçları steril orijinal ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar aynı zamanda uçlarla kullanılacak motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
8. Uçlar klinik tarafından ihtiyaca istinaden seçilecek olup, her türlü ihtiyacı karşılayacak ürün portföyü üretici firma bünyesinde olmalıdır. Bu sebeple ürün portföyünde kesici uç, delici uç, kibrit başlı elmas uç, telescoping esnek uçlar (topuz, kibrit başlı ve elmas), eğri transefenoidal ucu, meşe palamudu, silindirik uç çeşitleri olmalıdır. Tüm bu uçların varlığı orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır.
9. Üretici firma portföyünde spiral nükleostomi bıçağı, el aleti ve irrigasyonlu transnazal uç bulunmalıdır. Satın alındığı takdirde temin edilebilmelidir.
10. Teklif edilecek yüksek devirli kraniotom uçları carbide malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Teslim edilecek ürünler
 - a) 9 cm 3 mm topuz uç

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54292/61554

Dr. Öğrt. Üyesi Derya KARATÜRK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54292/61554

TUR UCU, YÜKSEK DEVİRLİ, TOPUZ, ELMAS, 3MMX14CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve drill uçları hastanemizde bulunan Medtronic marka yüksek devirli tur motoru ile bire bir uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek olan uçlar, beyin cerrahi, ortopedi, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi branşlarında kullanılabilirdir.
3. Yüksek devirli drill uçları 75.000 devirde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uçlar tek kullanımlık ve steril paketlerde olmalıdır.
5. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom ucu ve drill uçları üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
6. Yüksek devirli drill uçları steril orijinal ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korunmalı olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar aynı zamanda uçlarla kullanılacak motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
8. Uçlar klinik tarafından ihtiyaca istinaden seçilecek olup, her türlü ihtiyacı karşılayacak ürün portföyü üretici firma bünyesinde olmalıdır. Bu sebeple ürün portföyünde kesici uç, delici uç, kibrit başlı elmas uç, telescoping esnek uçlar (topuz, kibrit başlı ve elmas), eğri transefenoidal ucu, meşe palamudu, silindirik uç çeşitleri olmalıdır. Tüm bu uçların varlığı orijinal kataloglar ile ispatlanmalıdır.
9. Üretici firma portföyünde spiral nükleostomi bıçağı, el aleti ve irrigasyonlu transnazal uç bulunmalıdır. Satın alındığı takdirde temin edilebilmelidir.
10. Teklif edilecek yüksek devirli kraniyotom uçları carbide malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
11. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Teslim edilecek ürünler
 - a) 3mm x 14 cm Topuz, Elmas uç,

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tcs. No.: 54251/61554

Doç. Öğr. Üyesi Deniz KARAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tcs. No.: 145522