

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/02/2026

İlan No : 2026-02-553
İstem No : 84990
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 12/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNFÜZYON POMPA SETİ, ÇİFTLİ	1000	Adet					
2	İNFÜZYON POMPA SETİ, İŞİĞA DUYARLI, ÇİFTLİ	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İNFÜZYON POMPA SETİ, ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seruma giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır. Seruma takarken kuvvet verebilecek ve seruma giren keskin kısma kullanıcının temasını önleyecek destek kulakçıkları olmalıdır.
2. Hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır ve isteğe bağlı kullanımı için filtre üzerinde kapak olmalıdır.
3. Pompa seti hava tutulmasını sağlamalı ve volumetrik sıvı akışını sağlamak üzerine kaset mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
5. Set pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için sıvı akış düzenleyicisi olmalıdır.
6. Sette akış düzenleyicisine ek olarak klemp bulunmalıdır.
7. Uç kısım kateter ağzlarına ve i.v. iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.
8. Set steril non-projenik ve tek parça olmalıdır.
9. Set büküldüğünde tekrar eski halini almalıdır.
10. Kaset çift kanaldan iki farklı sıvıyı alıp bunları infüzyon pompasındaki bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda aynı kanaldan dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Set pompadan çıkarıldığında kendini otomatik olarak kilitlemeli ve serbest akışa geçmemelidir.
12. Serum seti içerisindeki hava taneciğini görebilmeyi sağlayacak renkte ve şeffaflıkta olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde LOT numarası, steril ibaresi, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
14. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.


Hem. Şengül ÇORBÖZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Bashemsire Yard.


Uzm. Hemş. Füsun KILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Bashemsire Yardımcısı

İNFÜZYON POMPA SETİ, IŞIĞA DUYARLI, ÇİFTLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Seruma giren kiren kısmı keskin ve girenken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır. Seruma takarken kuvvet verebilecek ve seruma giren keskin kısma kullanıcın temasını önleyecek destek kulakçıkları olmalıdır.
2. Hava girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır ve isteğe bağılı kullanımı için filtre üzerinde kapak olmalıdır.
3. Pompa seti hava tutulmasını sağlamalı ve volumetrik sıvı akışını sağlamak üzerine kaset mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
5. Set pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için sıvı akış düzenleyicisi olmalıdır.
6. Sette akış düzenleyicisine ek olarak klemp bulunmalıdır.
7. Uç kısım kateter ağızlarına ve i.v. iğne girişlerine uyumlu olmalıdır.
8. Set steril non-projenik ve tek parça olmalıdır.
9. Set büküldüğünde tekrar eski halini almalıdır.
10. Kaset çift kanaldan iki farklı sıvıyı alıp bunları infüzyon pompasındaki bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda aynı kanaldan dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Set pompadan çıkarıldığında kendini otomatik olarak kilitlemeli ve serbest akışa geçmemelidir.
12. Set ışığa hassas ilaçların uygulaması amaçlı olarak renkli, polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
13. Serum seti içerisindeki hava taneciğini görebilmeyi sağlayacak renkte ve şeffaflıkta olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde LOT numarası, steril ibaresi, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

112m. **Heri.. Şengül GÜRBÜZ**
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nefeslişire Yard.

BAŞHEMŞİRE YARDIMCIISI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTAHANESİ
MERSİN