

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/02/2026

İlan No : 2026-02-684
İstem No : 85009
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BALON KATETER, ÖZAFAGUS DİLATASYON, BALON ÇAPI:18-19-20MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. Balon uzunluğu 8 cm olmalıdır.
2. Balon 2.8 mm çalışma kanalından geçebilmelidir.
3. Kılavuz tel kateterin içinde sabit olmalıdır.
4. Kateter çapı 6 FR olmalıdır.
5. Kateterin uzunluğu 180 cm. olmalıdır.
6. Kateter distalinde katetere sabitlenmiş olarak 035” teflon kaplı radyopak kılavuz tel bulunmalıdır.
7. 3 aşamada şişirilebilmeli, her aşamada aynı yüzey sertliğiyle değişik çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.

Doç. Dr. Caner İSBİR
NEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A.D.
Dip. Tels. No: 134249 4441, Tels. No: 103143

Dr. Üyesi İsa KILIÇ
e-Ünvan: isakilic@yildiz.edu.tr
Görev: Öğretim Üyesi
Dip. Tes. No.: 1111111111