

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/02/2026

İlan No : 2026-02-697
İstem No : 85013
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

A3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİLTRE, IŞIĞA DUYARLI, M/F GİRİŞLİ, 1.2 MİKRON, YENİDOĞAN	450	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

FİLTRE, IŞIĞA DUYARLI, M/F GİRİŞLİ, 1.2 MİKRON, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere, intravenöz lipid emülsiyonlarının ve lipid içeren total parenteral nütrisyon (TPN) solüsyonlarının güvenli infüzyonunu sağlamak için tek kullanımlık olmalıdır.
2. İntravenöz lipid emülsiyonları ve lipid içeren TPN solüsyonları ile tam uyumlu olmalı, lipid emülsiyonunun fiziksel ve kimyasal stabilitesini bozmamalı, ışıktan koruyucu özellikte olmalıdır.
3. Filtre membranı lipid ve vitamin absorpsiyonu düşük olan biyouyumlu materyalden imal edilmiş olmalı, emülsiyon stabilizasyonunu bozmamalıdır.
4. Bebeklerde kullanıma uygun olmalı, düşük infüzyon hızlarında (mL/saat) akış direnci ve basınç artışına neden olmamalıdır.
5. Set tekli ambalajlarda, steril, pirojensiz ve lateks içermeyen yapıda olmalıdır.
6. Set üzerinde bir adet bakteri ve hava filtresi bulunmalıdır.
7. Filtre gözenek çapı 1.2 mikron (μm) olmalı, set uzunluğu 15 ± 1 cm olmalıdır.
8. Standart Luer-lock bağlantı sistemleri ile tam uyumlu olmalı, 24 saat kesintisiz infüzyona uygun olmalıdır.
9. Filtre ve/veya ambalaj üzerinde gözenek çapı ($1.2 \mu\text{m}$) belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürün CE belgeli ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.
11. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Araş. Gör. Uzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 144732

Prof. Dr. Yasin ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 2116/96469