

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/02/2026

İlan No : 2026-02-645
İstem No : 85029
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNFÜZYON POMPA SETİ, TEKLİ	15000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İNfüZYON POMPA SETİ, TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setler non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Setler steril paketlerde tek parça halinde ve blister ambalaj içerisinde olmalıdır.
3. Setin damla haznesi en az 10 ml hacminde olmalıdır.
4. Setin seruma giren kısmı keskin ve kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.
5. Setler silikonize hortumdan imal edilmiş olmalıdır.
6. Setlerde istem dışı serbest akışın yaşanmaması için makaralı klemp bulunmalıdır.
7. Set boyu en az 250 cm (± 20) olmalıdır ve hortum kırılıp büküldüğünde eski halini almalıdır.
8. Setler tekli blister ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde LOT numarası, steril ibaresi, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10. Y enjeksiyon portları kesinlikle toksik madde olan lateks içermemelidir.
11. Setin hastaya takılan ucu luer lock male şeklinde olmalı ve ucunda bir adet kapak bulunmalıdır.
12. Set hem medifleks ambalaj hem de vakumlu cam şişelerde kullanıma uygun olacak şekilde hava yolu kapağı bulunmalıdır.
13. Setin haznesinde filtresi bulunmalıdır.
14. Setin giriş kısmı intraket, stoper, ven valfi, üç yollu musluk ve santral katater ile bağlantıya uygun olmalıdır.
15. Hastanemizde bulunan cihazlara uygun olmalıdır.

Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.


Uzm. Hemş. Şengül GÜRBÜZ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yard.


Uzm. Hemş. Fülya YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı


Uzm. Hemş. Fülya YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı