

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/02/2026

İlan No : 2026-02-728
İstem No : 85068
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Tetkik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKTERİ FİLTRESİ, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, GENİŞ ÇAPLI	4000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
- 3-)İDARE İSTEDİĞİ TAKTİRDE İSTEKLİLER NUMUNE GÖNDERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE TESLİM EDİLMEZSE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BAKTERİ /VİRÜS FİLTRESİ,SOLUNUM FONKSİYON TESTİ,GENİŞ ÇAPLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Filtre kurumumuzda mevcut viasys,Jaeger Master Scope Paed cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.İNSİPİRATUAR VE EKSPURATUAR direnci 12 litre/sn 0.7 cm H2O'dan küçük olmamalıdır.
- 3.Filtre verimliliği %99'dan fazla olmalıdır.
- 4.Kontaminasyon problemi ile karşılaşmamak için kabı açılarak içindeki filtre değiştirilir değil komple tek parça olmalıdır.
- 5.Disposable olmalıdır.
- 6.Cihazın kalibrasyonu sırasında filtre ile kalibrasyon enjektörü arasına herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır.
- 7.Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil açılmaz yapıda olmalıdır.Kullanılan filtrenin sekresyon ve sıvı geçirmeme özelliğinin bulunması gerekmektedir.
- 8.Hastanın test aşamasında rahat nefes alıp verebilmesi için, dış çemberin hastanın burun mesafesini rahat ettirecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
- 9.Filtre yüksek standartlı yapıda üstün sterilizasyon özelliğinde olmalı ve her hastaya özel yapıda kullanılabilir hasta enfeksiyon güvenliğini maksimum düzeyde sağlanmalıdır.
- 10.Her filtre bağımsız ve hijyenik ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 11.Filtre test sonuçlarının etkilenmemesini açısından hastanede kullanılan cihazlara birebir uyumlu olmalıdır.Ara adaptör kullanımına izin verilmeyecektir.
- 12.Filtrenin hem bakterilere hem virüslere karşı yüksek koruyuculuğu olmalıdır.

Prof. Dr. Ertan Serkan ÖZGÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 67944/99728

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 49364/38829