

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-789
İstem No : 85126
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONVEKS PROB, PVT-375S-6CS1 USG CİHAZI İÇİN, TOSHIBA, APLIO MODEL, SERİ NO:WD5D1683336, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/16/19213	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU




Arızayı Bildiren Bölüm YETİŞKİN GASTROLOJİ ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Cihaz : ULTRASON CİHAZI			
	Marka : TOSHIBA			
	Model : APLIO 500			
	Seri No: WD5D1683336			
	Demirbaş No: 253.3.5/16/19213			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 18/02/2026	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Arıza Özeti : PROB ÇALIŞMAMAKTADIR. YAPILAN KONTROLÜNDE FİZİKİ DEFORMASYON OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:

1 ADET KONVEKS PROB PVT375SC-6CS1 – NUCLEUS KODU:S44692

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

PVT 375SC 6CS1 KONVEKS PROB TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Prob TOSHIBA marka APLiO 500 model ultrason cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Prob hasta temas kısmı esnek zarar vermeyecek silikon yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Prob kablosu kırılmalara ve kopmalara karşı esnek yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Prob yetkili firma tarafından en az 1(Bir) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- 5-Prob CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.


Selman ÖCAL
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Ultrason Tekniği


Merlin Üniversitesi Hastanesi
Alireza DINCER
Röntgen Radyasyon Sorumlusu